

AE/ZP-27-101/14

Tarnów, 2015-01-30

Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP-27-101/14

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na **dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego** dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia

- art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne

- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 10⁰⁰ wpłynęła tylko jedna oferta, która została odrzucona.

**Informacja o ofertach złożonych do postępowania
- sprawa AE/ZP-27-101/14**

W postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na **dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego** złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy
I	Randy Gołombek RANGE, ul.Wodzisławska 5, 44-362 Rogów, woj. śląskie

Z wyżej wymienionego postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

**Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-101/14**

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na **dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego**, iż: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **Randy Gołombek RANGE, ul.Wodzisławska 5, 44-362 Rogów, woj. śląskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.15 Załącznika Nr 6 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania aparatu USG posiadającego wbudowaną w aparat opcję rejestracji całego badania

w trybie "on line", zapis w formacie mpeg1 na dysku twardym aparatu. Odpowiedzią z dnia 11.12.2014r., na pytania zadane przez Wykonawców do treści SIWZ, Zamawiający dopuścił również zaoferowanie aparatu USG, w którym cały przebieg badania jest rejestrowany i jest zapamiętywany w formacie mpeg1 na dysku twardym po zakończeniu badania na życzenie operatora. Zgodnie z wyjaśnieniami Wykonawcy z dnia 21.01.2015r oraz z dnia 30.01.2015r złożonymi na wezwanie Zamawiającego zaoferowany aparat nie spełnia postawionych wymogów i nie jest dokładnie tym aparatem, o którym mowa w SIWZ. Na dzień 30.01.2015r zaoferowany aparat Chison i3 nie jest w stanie spełnić oczekiwanego rezultatu. Aparat nie posiada możliwości rejestrowania i zapamiętywania całego przebiegu badania w formacie mpeg1 na dysku twardym zaraz po zakończeniu badania na życzenie operatora. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona jako niespełniająca wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego,
4. a/a