

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-101/14

Tarnów, 2014-12-11

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.1** – Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu USG z najnowszym zainstalowanym oprogramowaniem wprowadzonym w 2014 roku?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości kanałów nadawczo- odbiorczych do poziomu min. 200 000 i zmianę zapisu punktu 5 na następujący „Ilość kanałów przetwarzania min. 200 000”?
3. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.7** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG o maksymalnej liczbie 5 ognisk?
4. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.41 i 64** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez obrazowania rombów na głowicy liniowej?
5. **Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.42** – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez zintegrowanego z aparatem trybu obrazowania 3D „z wolnej ręki”?
6. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy aparatu USG z możliwością rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalające na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D.
7. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy aparatu USG wraz z funkcją: automatycznego pomiaru biometrii płodu?
8. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z maksymalną liczbą ognisk 4?
9. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z monitorem 18,5’’ LED o rozdzielczości 1366x768?
10. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry bez wbudowanej w aparat opcji rejestracji całego badania w trybie „on line”?
11. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z zakresem powiększenia rzeczywistego x16 i zamrożonego x4?
12. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający będzie wymagał monitora w technologii LED?
13. **Dotyczy Załącznik Nr 6** – Czy Zamawiający będzie wymagał możliwość pracy aparatu z głowicami w technologii Single Crystal?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat USG z najnowszym zainstalowanym oprogramowaniem wprowadzonym w 2014 roku.

Ad.2.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania aparatu USG, który posiada min. 100 000 aktywnych kanałów przetwarzania.

Ad.3.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu USG o minimalnej liczbie ognisk 5.

Ad.4.

Zamawiający nie dopuści aparatu USG bez obrazowania rombowego na głowicy liniowej.

Ad.5.

Zamawiający nie dopuści aparatu USG bez zintegrowanego z aparatem trybu obrazowania 3D „z wolnej ręki”.

Ad.6.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat USG z możliwością rozbudowy oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalające na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D.

Ad.7.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat USG posiadający funkcję automatycznego pomiaru biometrii płodu.

Ad.8.

Zamawiający nie dopuści aparatu USG z maksymalną liczbą ognisk 4.

Ad.9.

Zamawiający nie dopuści aparatu USG o rozdzielczości 1366x768. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat USG z monitorem w technologii LED. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania aparatu USG z wielkością monitora min. 17”.

Ad.10.

Zamawiający dopuści również aparat USG, w którym cały przebieg badania jest rejestrowany i jest zapamiętywany w formacie mpeg1 na dysku twardym po zakończeniu badania na życzenie operatora.

Ad.11.

Zamawiający nie dopuści aparatu USG z zakresem bezstratnego powiększenia obrazu zamrożonego 4x. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania aparatu USG z zakresem bezstratnego powiększenia obrazu rzeczywistego i zamrożonego min. 8x.

Ad.12.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat USG z monitorem w technologii LED.

Ad.13.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aparat USG, który posiada możliwość pracy aparatu z głowicami w technologii Single Crystal.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a