

Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr: 13, 15, 16, 20, 21

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz.: 1 – 12		
1.	W opakowaniach nie większych niż 100 oznaczeń	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 1		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z odczynnikami wieloważnym grupy B-E i G - w ilości odpowiedniej do wykonania 3000 oznaczeń, odczynnikami jednoważnymi grup: B,C1,C2,D,E i G, lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 2		
1.	Zestaw zawierający lateks Salmonella – odczynnik poliwalentny B,E i G oraz lateks kontrolny.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 3 - 5		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierający odpowiednio; odczynniki wieloważne grupy A (poz. 3), B (poz. 4), C (poz. 5), płytki reakcyjne i patyczki.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
2.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego zestawu zawierającego odczynniki z poz. 3 - 5, pod warunkiem możliwości wykonania 4000 oznaczeń z każdego odczynnika poliwalentnego (A, B, C)	
3.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
4.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 6 – 9		
1.	W pozycji 6-8 zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, zawierające materiały określone w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ)	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 15 poz. 10-12		
1.	W poz. 10 zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierający: odczynnik lateksowy, płytki reakcyjne i patyczki.	
2.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego zestawu zawierającego odczynniki z poz. 10 - 12, pod warunkiem możliwości wykonania 5500 oznaczeń	
3.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
4.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 16 poz. 1		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, z lateksem do identyfikacji pałeczek Shigella sonnei, z lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 16 poz. 2		
1.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
2.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
3.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 20 poz. 1		
1.	Szybki test immunologiczny do wykrywania antygenów paciorkowców z grupy A bezpośrednio z wymazu z gardła	
2.	Możliwość odczytania wyniku maksymalnie po 5 minutach	
3.	Wraz z każdą dostawą instrukcja użycia (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia	
4.	Termin ważności odczynników - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Do oferty załączyć metodykę (instrukcję użycia) wystawioną przez producenta	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 21 poz. 1 - 18		
1.	Testy punktowe do diagnostyki alergologicznej oraz kontrole dodatnie i ujemne	
2.	W opakowaniach po 3 ml	
3.	Każdy pojemnik z roztworem musi być oryginalnie zamknięty	
4.	Termin ważności odczynników - min. 12 miesięcy od daty dostawy	
5.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
6.	Oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty