



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-104/14

Tarnów, 2015-01-09

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy artykułów medycznych.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 7, pozycji dotyczącej portu o rozmiarze 6-6,6 Fr wyrazi zgodę na złożenie oferty na port z zestawem implantacyjnym zawierającym cewnik o długości 550 mm oraz łącznikiem mocującym cewnik z portem w ilości 1 szt. a w pozostałych punktach spełniający wymagania zawarte w SIWZ?
- Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy dożylny – zestaw implantacyjny zawierający:
 - port z komorą portu wykonaną w całości z tytanu, - cewnik silikonowy lub poliuretanowy nie połączony trwale do komory, zawierający podziałkę co 1cm, dający cień radiologiczny, średnica wewnętrzna światła cewnika min. 1,0mm, długość od 600 do 800mm, - port kompatybilny ze środowiskiem MRI,
 - 2 strzykawki niskooporowe 10ml, (w tym jedna dołączona do zestawu)
 - igła punkcyjna lub do kaniulacji żyły 18G,
 - tępe plastikowe łącze do połączenia cewnika ze strzykawką lub cewnik zakończony łącznikiem luer,
 - igłę Hubera z systemem mocującym do skóry, drenem i zaciskiem, (dołączona do zestawu)
 - prowadnica stalowa typu J o długości min. 50cm,
 - rozszerzadło oraz prowadnicę implantacyjną z rozrywalną częścią,
 - tunelizator stalowy tępo zakończony,
 - łącznik lub mechanizm mocujący cewnik z portem (2 szt),
 - pakiet informacyjny dla pacjenta i paszport portu,
 - karta identyfikacyjna portu.Rozmiary 6 Fr; 8 Fr; 9 Fr
- Dotyczy Pakietu Nr 6** - Prosimy o dopuszczenie do przetargu igły 19Ga o długościach 16-32 mm?
- Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu porty, w których cewniki (o rozmiarach 5,8 Fr i 7,8 Fr) posiadają podziałkę co 5 cm, zestaw wyposażony jest w tępe metalowe urządzenie do połączenia cewnika ze strzykawką, łącznik (mechanizm mocujący) zintegrowany jest z dyszą portu, a zamiast opaski identyfikacyjnej zestaw wyposażony jest w kartę identyfikacyjną dla pacjenta, pozostałe parametry bez zmian?
- Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie portu wykonanego z polisulfonu z komorą tytanową. Port spełnia pozostałe wymogi zapisu SIWZ.
- Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie portu który w zestawie zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna , paszport portu, instrukcja użytkowania) bez opaski identyfikacyjnej portu ?

7. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie portu z zestawem implantacyjnym zawierającym 1 strzykawkę niskooporową a 10 ml ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie portu z zestawem implantacyjnym zawierającym łącznik lub mechanizm mocujący cewnik z portem 1 szt.?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 dokonał omyłki pisarskiej wymagając „tępe plastikowe łącze do połączenia cewnika ze strzykawką lub cewnik zakończony łącznikiem luer” . Jeżeli nie to czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portu który w zestawie nie zawiera tępego plastikowego łącza do połączenia cewnika ze strzykawką lub cewnik zakończony łącznikiem luer ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1** - Czy Zamawiający w pakiecie 7 lp.1 dopuszcza zestaw do implantacji zawierający:
 - dwie igły proste Surecan 22Gx30mm
 - podnośnik żylny
 - igłę Seldingera 18G
 - drut prowadnik J 0,035" x 50cm
 - osłonka rozrywalna
 - tunelizator o tępych zakończeniach
 - strzykawka 10ml
 - igłę Surecan ze skrzydełkami z możliwością iniekcji pod ciśnieniem 325psi (wszystkie elementy zestawu od jednego producenta)
 - bez opaski identyfikacyjnej.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1** - Czy Zamawiający dopuszcza cewnik 8,5F pozostałe parametry bez zmian?
12. **Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt.8** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień ogólnych warunków przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt.8.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.
 - b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówionej partii towaru.
 W zakresie dostaw zwykłych naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie do 4 dni.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści zestaw do przedłużania cewnika 2-światłowy nie zawierający DEHP, długość 10 cm, aktywowany końcówką typu luer-lock z systemem zapobiegającym cofaniu się krwi do cewnika, z membraną łatwą do czyszczenia. Możliwość stosowania do 7 dni, do stosowania w miejscach dostępu dożylnego. apirogeny.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 7** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści wszczepialny port tytanowy o wysokości maksymalnej 11 mm i ciężarze max. 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o długości 60 cm w rozmiarach 6,6Fr i 9,6Fr, z zestawem do wprowadzania. Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Odpowiedni zarówno do dostępu obwodowego jak i centralnego. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz

pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, oznaczenie co 1 cm. W skład zestawu wchodzi: Port tytanowy, Cewnik silikonowy cieniujący w Rtg, Całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, Strzykawka 10 ml, Urządzenie do podnoszenia żył, Igła prosta typu Huber, Zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, Igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika. Instrukcja użytkowania i książeczka informacyjna dla pacjenta

15. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający dopuszcza worek ileostomijny, przeźroczysty, zamykany na rzep z płytką hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 10-76 mm.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający dopuszcza worek ileostomijny, przeźroczysty, zamykany na rzep z płytką hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 12-75 mm.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.2** - Czy Zamawiający dopuszcza płytkę hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 60/10-55 mm.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.2** - Czy Zamawiający dopuszcza płytkę hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 70/10-65 mm.
19. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech, natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?
20. **Dotyczy Ogólne warunki umowy** – Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w zakresie pozycji dotyczącej portu o rozmiarze 6-6,6 Fr nie wyraża zgody na złożenie oferty na port z zestawem implantacyjnym zawierającym cewnik o długości 550 mm oraz łącznikiem mocującym cewnik z portem w ilości 1 szt. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 zestawu implantacyjnego o parametrach opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.3

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 6 zaoferowanie igły 19Ga o długościach 16-32 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 portów, w których cewniki (o rozmiarach 5,8 Fr i 7,8 Fr) posiadają podziałkę co 5 cm, zestaw wyposażony w tępe metalowe urządzenie do połączenia cewnika ze strzykawką, łącznik (mechanizm mocujący) zintegrowany z dyszą portu, a zamiast opaski identyfikacyjnej zestaw wyposażony w kartę identyfikacyjną dla pacjenta. Wymagania zgodnie z SIWZ.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 portu wykonanego z polisulfonu z komorą tytanową. Wymagania zgodnie z SIWZ

Ad.6

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 7 zaoferowanie portu, który w zestawie zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna , paszport portu, instrukcja użytkowania) bez opaski identyfikacyjnej portu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.7

Zamawiający wymaga zaoferowania portu z co najmniej 1 strzykawką niskooporową a 10 ml, a więc dopuszcza również w Pakiecie Nr 7 zaoferowanie portu z zestawem implantacyjnym zawierającym 1 strzykawkę niskooporową a 10 ml. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Ad.8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 portu z zestawem implantacyjnym zawierającym łącznik lub mechanizm mocujący cewnik z portem 1 szt. Wymagania zgodnie z SIWZ

Ad.9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 7 portu o parametrach opisanych w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ dokonanej w niniejszym piśmie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 portu, który w zestawie nie zawiera tępego plastikowego łącza do połączenia cewnika ze strzykawką lub cewnik zakończony łącznikiem luer.

Ad.10

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 7 zaoferowanie zestawu do implantacji zawierającego:

- dwie igły proste Surecan 22Gx30mm
- podnośnik żylny
- igłę Seldingera 18G
- drut przewodnik J 0,035" x 50cm
- osłonka rozrywalna
- tunelizator o tępych zakończeniach
- strzykawka 10ml
- igłę Surecan ze skrzydełkami z możliwością iniekcji pod ciśnieniem 325psi (wszystkie elementy zestawu od jednego producenta)
- bez opaski identyfikacyjnej,

Pozostałe wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Ad.11

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 zestawu implantacyjnego z cewnikiem 8,5F.

Ad.12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ad.13

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 zestawu do przedłużania cewnika o parametrach opisanych w pytaniu. Wymagania zgodnie z SIWZ.



Ad.14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 7 portu o parametrach opisanych w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ dokonanej w niniejszym piśmie.

Ad.15

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 pozycja 1 zaoferowanie worka ileostomijnego, przeźroczystego, zamykanego na rzep z płytką hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 10-76 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Ad.16

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 pozycja 1 zaoferowanie worka ileostomijnego, przeźroczystego, zamykanego na rzep z płytką hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 12-75 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Ad.17

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 pozycja 2 zaoferowanie płytki hydrokoloidowej o rozmiarze do docięcia 60/10-55 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Ad.18

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 pozycja 2 zaoferowanie płytki hydrokoloidowej o rozmiarze do docięcia 70/10-65 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Ad.19

Zamawiający dopuszcza również możliwość wysłania faktury osobno wraz z towarem, pod warunkiem wysłania faktury faxem lub w formie skanu na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy **w dniu dostawy** oraz dostarczenia oryginału faktury do Zamawiającego w ciągu 48 godz.

Ad.20

Zamawiający określił wymagane ilości asortymentu w Pakiecie Nr 4 w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 4 składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych - worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907z póź. zm.), Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 7 poz.1 zapis o treści :

„ Port naczyniowy dożylny – zestaw implantacyjny zawierający:

- port wykonany w całości z tytanu lub komora portu wykonana w całości z tytanu,
- cewnik silikonowy lub poliuretanowy nie połączony trwale do komory, zawierający podziałkę co 1cm, dający cień radiologiczny, średnica wewnętrzna światła cewnika min. 1,0 mm, długość od 650 do 800mm,
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI,
- 2 strzykawki niskooporowe 10ml,
- igła punkcyjna lub do kaniulacji żyły 18G,
- tępe plastikowe łącze do połączenia cewnika ze strzykawką lub cewnik zakończony łącznikiem luer,



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



- igłę Hubera z systemem mocującym do skóry, drenem i zaciskiem,
- prowadnica stalowa typu J o długości min. 50cm,
- rozszerzadło oraz prowadnicę implantacyjną z rozrywalną częścią,
- tunelizator stalowy tępo zakończony,
- łącznik lub mechanizm mocujący cewnik z portem (2 szt),
- pakiet informacyjny dla pacjenta i paszport portu,
- opaska identyfikacyjna portu..

Rozmiary 6-6,6 Fr; 7-8 Fr; 9-10 Fr.”

zmienia na zapis o treści:

„ Port naczyniowy dożylny – zestaw implantacyjny zawierający:

- port wykonany w całości z tytanu lub komora portu wykonana w całości z tytanu,
- cewnik silikonowy lub poliuretanowy nie połączony trwale do komory, zawierający podziałkę co 1cm, dający cień radiologiczny, średnica wewnętrzna światła cewnika min. 1,0 mm, długość od 650 do 800mm,
- port kompatybilny ze środowiskiem MRI,
- co najmniej 1 strzykawka niskooporowa o 10ml,
- igła punkcyjna lub do kaniulacji żyły 18G,
- tępe plastikowe łącze do połączenia cewnika ze strzykawką lub cewnik zakończony łącznikiem luer,
- igłę Hubera z systemem mocującym do skóry, drenem i zaciskiem,
- prowadnica stalowa typu J o długości min. 50cm,
- rozszerzadło oraz prowadnicę implantacyjną z rozrywalną częścią,
- tunelizator stalowy tępo zakończony,
- łącznik lub mechanizm mocujący cewnik z portem (2 szt),
- pakiet informacyjny dla pacjenta i paszport portu,
- opaska identyfikacyjna portu..

Rozmiary 6-6,6 Fr; 7-8 Fr; 9-10 Fr.”

W załączeniu Formularz Cenowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 7 - po dokonanej zmianie.

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ w zakresie Pakietu Nr 7, działając na podstawie art.38 ust.12a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 14.01.2015r godz.10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 14.01.2015r godz.11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IX.1, X.1, jak również zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

