

AE/ZP-27-105/14

Załącznik nr 6.2

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
laktatora elektrycznego 2 szt.**

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Warunek graniczny Punktacja w kryterium „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
1	Laktator elektryczny 2 szt.	TAK	
2	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż rok 2013	TAK	
3	Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka urządzenia (separacja mediów)	TAK	
4	Wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem mają nadawać się do sterylizacji w autoklawie.	TAK	
5	Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę	TAK	
6	Regulacja siły ssania	TAK	
	Pozostałe wymagania		
7	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą laktatorów	TAK	
8	Dostawa laktatorów w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.	TAK	
9	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
10	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionych laktatorów.	Warunek min. 0 pkt Maksymalna wartość 1pkt Pozostałe proporcjonalnie	
11	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiana towaru na wolny od wad maksymalnie 28 dni. W okresie gwarancji w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych wstawienie laktatorów zastępczych.	TAK	
12	W okresie gwarancji dowóz laktatorów do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty