



Znak: AE/ZP-27-13/14

Tarnów, 2014- 02 - 25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę i instalację lampy RTG i okna mylar w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite 16 wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych oraz przeglądu technicznego tomografu komputerowego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. 1** - W Załączniku Nr 6 Zamawiający wymaga w parametrze nr 1 aby zaoferowana lampa RTG była „kompatybilna z gantry systemu tomografii komputerowej wyprodukowanego w 2010 roku przez firmę GE Healthcare typ BrightSpeed Elite 16, nie wymagająca żadnych modyfikacji systemu podczas jej instalacji”.
 - a) Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby oferowana lampa była wyprodukowana przez producenta tomografu komputerowego BrightSpeed Elite?
 - b) Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby oferowana lampa była możliwa do instalacji bez modyfikacji jakiegokolwiek elementu systemu aparatu, również jego interfejsu tzn. jest wykluczona sytuacja aby po zainstalowaniu oferowanej lampy system wyświetlał jakiegokolwiek ostrzeżenia i zachował się w sposób inny od sytuacji kiedy w aparacie jest zainstalowana lampa oryginalna, zgodna z pierwotną konfiguracją tomografu komputerowego BrightSpeed Elite oraz jest wykluczona sytuacja aby Wykonawca zmodyfikował oprogramowanie aparatu tak aby np. takie ostrzeżenie nie było wyświetlane.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kołpak, który stanowi jedynie obudowę/mocowanie lampy mógł być rekondycjonowany?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 11** - Czy Zamawiający potwierdza, iż „gwarancja i bez[płatny serwis w okresie 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia” dotyczą tylko i wyłącznie lampy RTG do TK BrightSpeed Elite 16 stanowiącej przedmiot zamówienia, aby nie dotyczyły tomografu komputerowego BrightSpeed Elite 16 jako całości ani żadnego innego jego podzespołu niebędącego lampą RTG do TK BrightSpeed Elite 16 stanowiącą przedmiot zamówienia?
4. **Dotyczy pkt IV. 1.1.2 i 1.1.3 SIWZ** - Czy na potwierdzenie oświadczeń, które wymagane są w punktach 1.1.2. oraz 1.1.3. SIWZ Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta tomografu komputerowego BrightSpeed 16 Elite potwierdzający, że co najmniej dwie osoby (dane osobowe potwierdzone na dokumencie), którymi potencjalny Wykonawca dysponuje, zostały przeszkolone w zakresie serwisowania tomografu komputerowego BrightSpeed 16 Elite?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 11** - Czy Zamawiający potwierdza, iż gwarancja na lampę RTG, będącą przedmiotem zamówienia – niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji – jest nieodnawialna, tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji?
6. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że po wymianie określonych w SIWZ elementów (lampa rtg, okno skanowania), uszkodzone podzespoły przechodzą na własność Wykonawcy.
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 11** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji) jest



nieodnawialna tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego, wskazanego w umowie okresu gwarancji.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1. a) i b)** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie 1 Załącznika Nr 6 do SIWZ: Lampa rtg kompatybilna z gantry systemu tomografii komputerowej wyprodukowanego w 2010 roku przez firmę GE Healthcare typ BrightSpeed Elite 16, nie wymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji
- Ad.2.** Zamawiający w Załączniku Nr 6 poz. 10 wyraża zgodę, aby kołpak, który stanowi obudowę lampy był rekondycjonowany.
- Ad.3.** Zamawiający potwierdza, że okres 12 miesięcy gwarancji i bezpłatnego serwisu dotyczy wszystkich wymienionych części i podzespołów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, natomiast nie dotyczy tomografu komputerowego BrightSpeed Elite jako całość.
- Ad.4.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w pkt IV. 2.2 i 2.3.
- Ad.5. i Ad. 7.** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie 11 Załącznika Nr 6. Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.
- Ad.6.** Zamawiający potwierdza, że po wymianie określonych w SIWZ elementów, zużyte podzespoły tj. lampa rtg, okno skanowania przechodzą na własność Wykonawcy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050