

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
lampy RTG i okna mylar**

Lp	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
1.	Lampa rtg kompatybilna z gantry systemu tomografii komputerowej wyprodukowanego w 2010 roku przez firmę GE Healthcare typ BrightSpeed Elite 16, nie wymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji.	TAK	
2.	Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2013, nie używana, nie rekondycjonowana.	TAK	
3.	Lampa rtg o pojemności cieplnej anody minimum 6,3 MHU	TAK	
4.	Rozmiary ognisk 0.7x0.6 oraz 0.9x0.9	TAK	
5.	Maksymalne napięcie lampy rtg minimum 140 kV	TAK	
6.	Gwarancja na lampę minimum 12 miesięcy bez limitu skanów i limitu mAs.	TAK	
7.	Wymiana lampy rtg do tomografu komputerowego firmy GE typ Brightspeed Elite 16 oraz wykonanie testów specjalistycznych.	TAK	
8.	Dostawa i wymiana okna skanowania do tomografu komputerowego firmy GE typ BrightSpeed Elite 16	TAK	
9.	W ramach prac związanych z wymianą lampy i okna skanowania wykonanie przeglądu technicznego tomografu komputerowego.	TAK	
	Pozostałe wymagania		
10.	Wszystkie części i podzespoły stanowiące przedmiot zamówienia mają być fabrycznie nowe (nie rekondycjonowane) i wykonane nie wcześniej niż w 2013 roku.	TAK	
11.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	TAK	
12.	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiana towaru na wolny od wad maksymalnie 7 dni.	TAK	

Niespełnienie wyżej wymienionych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty