



Znak: AE/ZP-27-14/14

Tarnów, 2014- 02 - 28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę ciepłarki do Pracowni Mikrobiologii dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę o pojemności 80l ?
2. Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę z obudową wykonaną ze stali malowanej proszkowo?
3. Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę o wymiarach wewnętrznych 48,5 x 40 x 39,5cm (szer. x wys. gł.)?
4. Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę o szerokości zewnętrznej 75 cm oraz zachowaniu pozostałych wymiarów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający nie dopuszcza ciepłarki o pojemności 80 l. Zgodnie ze specyfikacją pojemność komory określona została według potrzeb Zamawiającego.
- Ad.2.** Zamawiający dopuszcza również ciepłarkę z obudową wykonaną ze stali malowanej proszkowo.
- Ad.3.** Zamawiający dopuści ciepłarkę o wymiarach wewnętrznych: szerokości 48,5cm, głębokości 39,5 cm, natomiast nie dopuszcza ciepłarki o wysokości 40 cm.
- Ad.4.** Zamawiający nie dopuszcza ciepłarki o szerokości zewnętrznej 75cm, z uwagi na parametry techniczne miejsca instalacji ciepłarki.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

