



AE/ZP-27-16/14

Załącznik nr Z3

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
DRUKARKI OPASEK NA RĘKĘ PACJENTA**

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia		Oferowane parametry przedmiotu zamówienia <i>podać zakres/wartość, opisać</i>
3.	DRUKARKI OPASEK NA RĘKĘ PACJENTA		
3.1	DRUKARKI OPASEK - 4 SZTUKI		
	3.1.1	Główne cechy i wymagania: Wymagana zgodność i integracja z systemem szpitalnym Asseco Infomedica i AMMS umożliwiającą drukowanie opasek na rękę dla pacjentów bezpośrednio z programu używanego w szpitalu.	
	3.1.2	Szybkość druku: minimum 50mm na sekundę (wg danych producenta)	
	3.1.3	Technologia druku: termiczny wydruk kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki	
	3.1.4	Rozdzielczość druku: minimum 300 dpi	
	3.1.5	Długość druku: co najmniej w przedziale od 80 do 550 mm	

.....
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



3.1.6	Szerokość druku: minimum w 3 przedziałach - od 19 do 20 mm - od 25 do 26 mm - od 30 do 31 mm	
3.1.7	Kody kreskowe: Kody liniowe - minimum : - Codabar, -Code 11, - Code 39, - Code 93, - Code 128, - EAN-8, - EAN-13, - EAN-14, - GS1 DataBar, - Industrial 2 z 5, - Logmars, - MSI, - Plessey, - Postnet, - Standard 2-of-5, - UPC-A, - UPC-E, - UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami EAN 2- lub 5-cyfrowymi Dwuwymiarowe - minimum : - Aztec Code, - Data Matrix, - MaxiCode, - PDF417, - QR Code	
3.1.8	Interfejsy: minimum: - port ethernet (Rj45), szybkość minimum 10/100 Mb/s - wewnętrzny server druku - port USB 2.0	
3.1.9	Zasilanie: uniwersalny zasilacz 230V 50 Hz	
3.1.10	Obudowa: - drukarka nabiurkowa	

.....
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



	3.1.11	Oprogramowanie / Licencje: - oprogramowanie i licencje bezterminowe niezbędne do integracji z systemem szpitalnym Asseco Infomedica i AMMS umożliwiające drukowanie opasek na rękę bezpośrednio z programu dla pacjentów w minimum trzech rozmiarach: dla dorosłych, dla dzieci oraz dla noworodków	
	3.1.12	Wdrożenie: - zainstalowanie, skonfigurowanie drukarek w wyznaczonych miejscach (zarówno po sieci LAN jak i po USB bezpośrednio do komputerów w szpitalu - sterowniki pod systemy Windows XP Pro i/lub Windows 7Pro) oraz integracja z systemem szpitalnym Asseco Infomedica i AMMS umożliwiające drukowanie opasek na rękę bezpośrednio z programu dla pacjentów w minimum trzech rozmiarach: dla dorosłych, dla dzieci oraz dla noworodków spełniając parametry podane w pozostałych punktach.	
	3.1.13	Obsługiwane nośniki: Drukarka musi obsługiwać minimum 3 rodzaje opasek - dla dorosłych - dla dzieci - dla noworodków Konstrukcja drukarki musi umożliwiać proste i szybkie ładowanie oraz wymianę nośników przez użytkownika.	

.....
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



	3.1.14	Gwarancja i serwis: - minimum 3 lata gwarancji na dostarczone drukarki - wymagane w tym okresie przeglądy, przeprowadzone na koszt Wykonawcy w miejscu instalacji. Zamawiający wymaga, aby drukarki były objęte gwarancją producenta. Czas naprawy powyżej 14 dni Wykonawca/Gwarant dostarczy skonfiguruje i uruchomi na swój koszt zastępczą drukarkę o conajmniej takich samych paramterach obsługującą takie same materiały eksploatacyjne / nośniki kodów	
	3.1.15	Dokumentacja i nośniki: Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej (w języku polskim). Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.	
	3.1.16	Szkolenia: Wykonawca przeszkoli 4 pracowników Zamawiającego. Czas szkolenia 2 godziny minimum z zakresu opisanego w załączniku "C"	

.....
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty