

AE/ZP-27-16/14

Załącznik nr Z5

Wymagane i oferowane parametry techniczne
TABLETY MEDYCZNE

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia		Oferowane parametry przedmiotu zamówienia <i>podać zakres/wartość, opisać</i>
5.	TABLETY MEDYCZNE		
5.1	TABLET MEDYCZNY - 24 SZTUKI Tablety muszą być fabrycznie nowe oraz muszą być objęte gwarancją producenta. Rok produkcji 2013-2014.		
	5.1.1	Procesor: procesor o wydajności co najmniej 2700 punktów - kolumna Passmark CPU Mark w teście CPU Benchmark dla pojedynczych procesorów dostępnej na stronie http://www.cpubenchmark.net (stan na dzień 06.02.2014r)	
	5.1.2	Pamięć RAM: minimum 4GB	
	5.1.3	Dysk twardy: minimum 120 GB	
	5.1.4	Ekran: - rozmiar 10 - 11 cali - rozdzielczość ekranu minimum 1024x768 - obsługa palcem i rysikiem - ekran/powłoka antyodblaskowa	

.....
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



5.1.5	Wprowadzanie danych: - ekran dotykowy (dual touch) - palec i rysik (digitizer) - klawiatura ekranowa	
5.1.6	Karta sieciowa: - WiFi 802.11. minimum b/g - zabezpieczenie: * uwierzytelnianie - minimum WPA * szyfrowanie - minimum TKIP (minimanla siła sygnału sieci WiFi w Szpitalu -70dBm)	
5.1.7	Zasilanie: dwie baterie wymieniane w czasie pracy urządzenia - baterie o pojemności pozwalającej na pracę urządzenia - minimum 6h (wg danych producenta przy dwóch bateriach) - ładowanie pojedynczej baterii nie dłużej niż 3h (wg danych producenta) - wymagana ładowarka lub miejsce w stacji dokującej pozwalające ładować minimum jedną baterię bez tabletu (tablet w tym czasie jest używany na drugiej baterii). - po zamontowaniu tabletu w stacji dokującej podłączonej do zasilania 230V tablet ma być zasilany ze stacji dokującej, baterie/akumulatory tabletu ładują się bez konieczności ich wyciągania.	

.....
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



5.1.8	Konstrukcja (obudowa i ekran): - odporna na upadek, wstrząsy, wibracje - odporna na czyszczenie i dezynfekowanie środkami chemicznymi - zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz pracę na tablecie - zintegrowany czytnik kodów kreskowych	
5.1.9	Czytnik kodów: - zintegrowany w obudowie czytnik kodów	
5.1.10	Oprogramowanie / Licencje: - Windows 7 Professional 64- bit lub równoważne pod względem funkcjonalności i wydajności, lub nowszy z możliwością downgrade. System musi być kompatybilny z oprogramowaniem używanym u Zamawiającego - Systemem szpitala Infomedica oraz AMMS firmy Asseco. Dostarczone oprogramowanie systemowe musi zostać zainstalowane wraz z najnowszymi aktualizacjami, poprawkami a także prawidłowo skonfigurowane. Wszelkie licencje bezterminowe. Musi zostać sprawdzona poprawność działania na w/w systemie używanego przez Zamawiającego oprogramowania systemu szpitala w obecności pracowników Zamawiającego.	
5.1.11	Normy: - tablet musi spełniać normę szczelności IP65 (IP 6-urządzenia pyłoszczelne i 5-ochrona przed polewaniem strumieniami wody)	

.....
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



	5.1.12	Gwarancja i serwis: - minimum 3 lata gwarancji na dostarczone tablety - wymagane w tym okresie przeglądy, przeprowadzone na koszt Wykonawcy w miejscu instalacji. Zamawiający wymaga, aby tablety były objęte gwarancją producenta. Czas naprawy powyżej 14 dni Wykonawca/Gwarant dostarczy zastępczy tablet o conajmniej takich samych paramterach. Przed odbiorem wszelkie dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie lub dysk pozostanie u Zamawiającego.	
	5.1.13	Dokumentacja i nośniki: Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej (w języku polskim). Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.	
	5.1.14	Szkolenia: Wykonawca przeszkoli 4 pracowników Zamawiającego. Czas szkolenia 2 godziny minimum z zakresu opisanego w załączniku "C"	

.....
podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty