



AE/ZP-27-17/14

Tarnów, 2014-05-05

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-17/14
w zakresie Pakietu Nr 2 i 3**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na **dostawy: zestawów do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu: PFO, mnogich ASD, ASD II oraz stentów wieńcowych i cewników prowadzących do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrane zostały oferty następujących firm:

Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, woj. mazowieckie w:

Pakiecie Nr 2

Cena wybranej oferty: **99.360,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena netto: **92.000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie w:

Pakiecie Nr 3

Cena wybranej oferty: **6.750,00 zł** (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena netto: **6.250,00 zł** (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane mogą być zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Pakiecie Nr 2 po dniu 15 maja 2014 r., w Pakiecie Nr 3 po dniu 05 maja 2014 r.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
I	Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie	Pakiet Nr 2
II	Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 2
III	Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie	Pakiet Nr 2
IV	ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 2, 3
VII	Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. , ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 2
IX	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 2



Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Pakiet Nr 2

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr II	500.00	500.00
Oferta Nr III	362.20	362.20
Oferta Nr IV	386.55	386.55
Oferta Nr VII	460.45	460.45
Oferta Nr IX	489.90	489.90

Pakiet Nr 3

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr IV	500.00	500.00

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-17/14

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na **dostawy: zestawów do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu: PFO, mnogich ASD, ASD II oraz stentów wieńcowych i cewników prowadzących do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora, iż:**

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w **Pakiecie Nr 2** ofertę złożoną przez **Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w pkt 6 Załącznika Nr 7 do SIWZ (określającego wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia), Zamawiający wymagał w Pakiecie Nr 2 aby oferowany stent o średnicy 3,0 mm przy ciśnieniu RBP osiągał przyrost średnicy poniżej 0,45 mm, natomiast zgodnie z informacją zawartą przez Wykonawcę w Załączniku Nr 7 jak również na próbce oferowanego stentu, oraz załączonej do oferty kopii oryginalnej tabeli podatności przy ciśnieniu RBP zaoferowany stent o średnicy 3.0 mm osiąga przyrost średnicy 0.55 mm, czyli więcej niż dopuszczał Zamawiający. W związku z powyższym oferta została odrzucona.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050