



Znak: AE/ZP-27-17/14

Tarnów, 2014-03- 28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy: zestawów do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu: PFO, mnogich ASD, ASD II oraz stentów wieńcowych i cewników prowadzących do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.20.7) SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt 20.7 zapisu ogólnych warunków umowy „Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany asortymentu wyrobów objętych Depozytem w sytuacji gdy data ważności wyrobu będzie wynosiła min. 6 miesięcy na wyrób z datą ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy”.
2. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ.** Czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 7 dni roboczych” oraz 48 godzin „roboczych”, tj. liczonych w dni robocze w godzinach 6.00 – 22.00?
3. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.5 SIWZ.** Czy możliwe jest skorygowanie treści w taki sposób, iż cena umowna brutto ulega również zmianie w przypadku podwyższenia ceny urzędowej(przy nie zmienionej cenie netto)?
4. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.9 SIWZ.** Czy możliwe jest skorygowanie treści poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty uzasadnionych kar umownych na podstawie noty księgowej w terminie 7 dni”
5. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.20.1) SIWZ.** Czy Zamawiający może doprecyzować termin 7 dni rozumianych jest jako „7 dni roboczych”, a za „datę rozpoczęcia obowiązywania umowy dostaw” uważana będzie data złożenia podpisu pod umową przez obie strony?
6. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.20.7) SIWZ.** Czy możliwe jest uzupełnienie zapisu poprzez dodanie jako pierwsze zadanie zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z depozytu sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą „first in/first out”.
7. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.20 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisów w Dodatkowych zapisach umowy dla pakietów, w których wymaga się ustanowienia depozytu osoby do kontaktu – koordynowania dostaw, reklamacji, prowadzenia depozytu poprzez dodanie zapisu: „Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji, prowadzenia depozytu i bieżących kontaktów wyznacza się następujące osoby: - ze strony Wykonawcy (imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu kontaktowego/adres e-mail), - ze strony Zamawiającego (imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu kontaktowego/ adres e-mail)”?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie implantów do ASD w średnicach 4-10,5 mm możliwe do implantacji przez koszulkę w rozmiarze 7F, średnicach 12-18 mm możliwe do implantacji przez koszulkę w rozmiarze 9F, średnicach 21- 24 mm możliwe do implantacji przez koszulkę w rozmiarze 11F oraz w średnicach 27-40 mm możliwe do implantacji przez koszulkę w rozmiarze 12F? Pozostałe parametry bez zmian.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści układ mocujący, pozwalający na odchylenie implantu w stosunku do mechanizmu wprowadzającego o 45°?
10. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pkt 4 Ogólnych warunków umowy poprzez umieszczenie zapisu: „W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT”.
11. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XV.8 SIWZ.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień ogólnych warunków przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 8: a) 0,5% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień



zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru b) 0,5% brutto zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?
13. Czy Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmiany do umowy: Zamawiający zobowiązuje się pobierać i zużywać sprzęt medyczny poczynając od sprzętu medycznego o najkrótszym terminie przydatności do użycia w ramach danego asortymentu. Strony ustalają, iż zamawiający przeprowadzał będzie kwartalne przeglądy powierzonego sprzętu medycznego, w ramach których możliwe jest zgłoszenie wykonawcy możliwości wymiany sprzętu medycznego o zbliżającym się upływie terminu przydatności do użycia. Strony ustalają, iż Zamawiający nie może żądać dokonania wymiany sprzętu medycznego o terminie przydatności do użycia krótszym niż 6 miesięcy.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentu wieńcowego na cewniku balonowym uwalniający lek antyproliferacyjny: długość (mm): w przedziale od 8 do 32 mm (dla średnicy 3,0 – 7 wymiarów); ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 mm równe 14 bar?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 - 3.** Czy Zamawiający dopuści okludery z systemem wprowadzającym opartym na systemie zakręcany, z giętką częścią dystalną kabla doprowadzającego, umożliwiającą odchylenia we wszystkich płaszczyznach.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza również równoczesne wymianę (o której mowa w pkt XV.20.7) SIWZ) asortymentu objętego Depozytem w sytuacji gdy data ważności wyrobu będzie wynosiła min 6 miesięcy na wyrów z datą ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie, o którym mowa w pytaniu bowiem precyzyjnie określił w pkt XV.1 SIWZ, że chodzi o dni i godziny, a nie dni i godziny robocze.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na skorygowanie treści pkt XV.5 SIWZ w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na skorygowanie treści pkt XV.9 SIWZ poprzez wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę.

Ad. 5 Zamawiający nie może doprecyzować terminów określonych w pkt XV.20.1) SIWZ bowiem precyzyjnie określił o jaki terminy chodzi, a zaproponowane przez Wykonawcę zmiany nie znajdują akceptacji Zamawiającego.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie nowych zapisów do pkt XV.20.1) SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisów do pkt XV.20 SIWZ, w podpunkcie 5) zawarł zapis „Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu będącego przedmiotem umowy poprzez przesłanie wypełnionej karty ewidencyjnej lub informacji zbiorczej niezwłocznie po zużyciu lub zaimplantowaniu.” Nic nie stoi na przeszkodzie aby w wymienionej karcie zawrzeć informacje, o których mowa w pytaniu.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** również implantów do ASD w średnicach 4-10,5 mm możliwe do implantacji przez koszulkę w rozmiarze 7F, średnicach 12-18 mm możliwe do implantacji przez koszulkę w rozmiarze 9F, średnicach 21- 24 mm możliwe do implantacji przez koszulkę w rozmiarze 11F, średnicach 27-40 mm możliwe do implantacji przez koszulkę w rozmiarze 12F, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** również układu mocującego pozwalającego na odchylenie implantu w stosunku do mechanizmu wprowadzającego o 45 stopni (parametr , o którym mowa w Załączniku Nr 7 Pakiet Nr 1 poz. 3 pkt 11), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w zapisach pkt XV.4 SIWZ .



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w zapisach pkt XV.8 SIWZ

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór Wykonawca przesłał wraz z pytaniem. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie nowych zaproponowanych w pytaniu zapisów do pkt XV SIWZ, natomiast dopuszcza wymianę sprzętu również na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 również stentu wieńcowego na cewniku balonowym uwalniający lek antyproliferacyjny o długości (mm) w przedziale od 8 do 32 mm (dla średnicy 3,0 – 7 wymiarów), nie wyraża natomiast zgody na ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 mm równe 14 bar.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1- 3 również okluderów z systemem wprowadzającym opartym na systemie zakręcanym, z giętką częścią dystalną kabla doprowadzającego, umożliwiającą odchylenia we wszystkich płaszczyznach, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050