



Znak: AE/ZP-27-18/14

Tarnów, 2014-04- 07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, kaniuli do artroskopii barku, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łokotki i więzadeł krzyżowych, biowchłaniających śrub puszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezo plastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Z jakiej ceramiki powinny być wykonane elementy ceramiczne (głowa i wkładka)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Jakich średnic głów, wyższych niż 28 mm (zgodnie z pkt 2) wymaga Zamawiający?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga również dostarczenia wkładek odpowiednich do większych rozmiarów głów?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Jakiego pochylenia okapu wkładki wymaga Zamawiający?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Prosimy o dostosowanie tabeli punktowej do opisu produktu.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Prosimy o rozwinięcie opisu – „trząpień krótki dla młodych pacjentów”?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy w tym Pakiecie Zamawiający wymaga śrub kostnych – jeżeli tak to w jakich długościach oraz prosimy o dokładny opis wkładki panewkowej
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Prosimy o rozwinięcie opisów - „Panewka rewizyjna”, „Moduł rewizyjny panewkowy”?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 5.** Jakiej wkładki wymagacie Państwo w tym Pakiecie?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 11.** Czy dopuszczacie Państwo system głów w rozmiarach 38-54 mm z neutralnym bądź nie centrycznym adapterem pozwalającym na ustawienie głowy w 50 różnych pozycjach?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 11.** Czy dopuszczacie Państwo panewki mocowane cementowo klinem lub 3 bolcami?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 11.** Czy Zamawiający dopuści system endoprotezy: z trzpieniem bezcementowym napyłonym w części bliższej porowatym stopem tytanu – możliwość zastosowania jako trząpień cementowany; głowa z regulowanym płynnie offsetem średnica głowy ze skokiem co 4 mm od 38 do 58 mm, i wysokościach co 3 mm od 18 do 27 mm; adapter do głowy umożliwiający uzyskanie płynnego przesunięcia asymetryczności; panewka wykonana z PE z trzema cementowanymi kołkami w podstawie z centralnym PE-wym trzpieniem lub z centralnym tytanowym trzpieniem?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 15.** Czy Zamawiający dopuści kaniule jednorazowe pakowane po 6 szt.?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści: trząpień tytanowy, wygięty anatomicznie (prawy, lewy), bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne. Trząpień pokryty w całości hydroksyapatytem, 9 rozmiarów prawych i 9 lewych. Konus 12/14”?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści: panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, w rozmiarach od 44 do 64 mm ze skokiem co 2 mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniem w dnie nadbudową na obrąbku (wzmacniającą stabilizację implantu). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby

zaślepienymi fabrycznie. W zestawie zaślepka do otworu montażowego. Śródooperacyjna możliwość zastosowania panewki wkręcanej w rozmiarach 46 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm.

16. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści: bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, o średnicy zewnętrznej od 46 do 64 mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni, zapobiegającą zwichnięciu. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu z anty utleniaczem, jako antyutleniacz witamina E oraz do artkulacji ceramika/ceramika (ceramika BioloX Delta). Głowa przeznaczona do artkulacji ceramika/ceramika lub CoCr w rozmiarach: 28 mm, 32 mm i 36 mm. Głowy przynajmniej w 3 długościach.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpienia cementowanego nie kompatybilnego z systemem rewizyjnym (trzpień dłuższy niż 200 mm)?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpienia prostego, nieanatomicznego bez pokrycia HA?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpienia tytanowego bez dodatkowego pokrycia bonitem lub HA oraz na zaoferowanie alternatywnej panewki wkręcanej o kształcie stożkowym z gwintem na całej powierzchni bocznej?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpienia tytanowego bez dodatkowego pokrycia bonitem lub HA?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 7.2 do SIWZ Zamawiający wymagał **Pakiecie Nr 2** zaoferowania również głowy i wkładki ceramicznej bez określania szczegółowo jaka to ma być ceramika. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.

Ad. 2 Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 7.2 do SIWZ Zamawiający wymagał **Pakiecie Nr 2** zaoferowania głów o średnicy 28 mm oraz o średnicy większej niż 28 mm. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.

Ad. 3 Jeżeli zaoferowane **Pakiecie Nr 2** głowy o średnicy większej niż 28 mm wymagają wkładki o średnicy wewnętrznej większej niż 28 mm to należy zaoferować również wkładki o większej średnicy.

Ad. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania **Pakiecie Nr 2** wkładek opisanych w Załączniku Nr 7.2 do SIWZ

Ad. 5 Zamawiający nie wprowadza w **Pakiecie Nr 2** zmian do oceny parametrów technicznych.

Ad. 6 Trzpień endoprotezy stawu biodrowego oferowanej w **Pakiecie Nr 4** winien spełniać wymagania określone w załączniku Nr 7.4 do SIWZ, równocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Ad. 7 To Wykonawca winien w **Pakiecie Nr 4 w poz. 5** ująć pozostałe elementy niezbędne do implantacji (nie wymienione w poz. 1 – 4), równocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku Nr 7.4 dotyczące oferowanej w tym Pakiecie panewki.

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w Pakiecie Nr 5 odnośnie panewki rewizyjnej i modułu rewizyjnego panewkowego.

Ad. 9 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 5 wkładki spełniającej wymagania określone w załączniku Nr 7.5 do SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11** również systemu głów w rozmiarach 38-54 mm z neutralnym bądź nie centrycznym adapterem pozwalającym na ustawienie głowy w 50 różnych pozycjach.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11** również panewki mocowanej cementowo klinem lub 3 bolcami, przy czym w sytuacji gdy zaoferowana endoproteza wymaga elementu, który nie został wymieniony w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) należy dodać pozycje w Formularzu Cenowym.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11** również systemu endoprotezy stawu ramiennego opisanej w pytaniu, przy czym w sytuacji gdy zaoferowana endoproteza wymaga elementu,



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

który nie został wymieniony w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) należy dodać pozycje w Formularzu Cenowym.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15** kaniuli jednorazowych pakowanych po 6 szt., przy czym informacja taka winna być zawarta w Formularzu Cenowym.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również trzpienia opisanego w pytaniu.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** opisanych w pytaniu panewek.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** opisanej w pytaniu endoprotezy.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** trzpienia cementowanego nie kompatybilnego z systemem rewizyjnym (trzpienie dłuższe niż 200 mm).

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** trzpienia opisanego w pytaniu.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** trzpienia tytanowego bez dodatkowego pokrycia bonitem lub HA, nie wyraża również zgody na zaoferowanie alternatywnej panewki wkręcanej o kształcie stożkowym z gwintem na całej powierzchni bocznej.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** trzpienia tytanowego bez dodatkowego pokrycia bonitem lub HA.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

