



Znak: AE/ZP-27-18/14

Tarnów, 2014-04- 15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszań i cementu kostnego, kotwic – implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, kaniuli do artroskopii barku, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łętkotki i więzadeł krzyżowych, biowchłaniających śrub puszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezo plastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującą treść:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści: trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana, długości trzpienia w zakresie od 100 mm do 145 mm, min. 8 rozmiarów dla każdej ze stron, głowę metalową o średnicy 28 mm, 32 mm w min trzech długościach szyjki, oraz głowę ceramiczną 28 mm, 32 mm, 36 mm w min. Trzech długościach szyjki, panewkę bezcementową typu Press-fit pokrytą porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającym możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 74 mm, wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach w rozmiarach średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateryzacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji, wkład ceramiczny w specjalnym wzmacniającym i ochronnym tytanowym kołnierzu, który zapobiega zjawisku tzw. Impingementu, ponadto średnica wkładu ceramicznego rośnie (od 28 mm do 36 mm) wraz ze wzrostem zewnętrznej średnicy paneki oraz panewki bezcementowej typu Press-fit pokrytej hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm, wkład polietylenowy z okapem.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy Zamawiający dopuści: endoprotezę kłykciową stawu kolanowego, z zachowaniem lub bez zachowania PCL o elemencie udowym jednoosiowym w osi A/P, anatomicznym (prawy, lewy) wykonanym ze stopu kobaltowo-chromowego w przynajmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, modułarną uniwersalną (jednakowa dla każdej ze strony lewej i prawej) część puszczelową wykonaną ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach, wkładkę polietylenową z polietylenu III generacji poddaną procesowi wyżarzania (annealing) w min. 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i w min. 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL z tzw. Łukiem rotacyjnym pozwalającym na rotację w głębokim zgięciu bez poświęcania stabilności, wkładki polietylenowe posiadają grubość od 9 mm, ostrza piły oscylacyjnej.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści w załączniku Nr 7.3 w pozycji Trzpień „poryty bonitem lub hydroksyapatytem” także „Trzpień pokryty tytanem w formie kryształków”?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści w Załączniku Nr 7.3 w pozycji Głowa „średnica 28 mm w co najmniej 4 długościach szyjki” także głowy o średnicy 32 mm i 36 mm w minimum 3 długościach szyjki?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.5 SIWZ.** Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia ust. 5 warunków umowy na następujące: „W przypadku stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez



zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

6. **Dotyczy pakietu Nr 2.** W związku z odpowiedziami na pytania – czy Zamawiający podtrzymuje wymóg w Pakiecie Nr 2 pkt 1 zaoferowania trzpienia anatomicznego oraz anatomicznego modularnego. Są to uzupełniające się trzpienie pozwalające na zaopatrywanie tzw. Trudnych przypadków, różniące się jednak nieco ceną.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również opisanej w pytaniu bezcementowej endoprotezy stawu biodrowego.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8** również opisanej w pytaniu endoprotezy cementowej stawu kolanowego.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowane **Pakiecie Nr 3** również trzpienia pokrytego tytanem w formie kryształków.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowane **Pakiecie Nr 3** również głów o średnicy 28 mm w co najmniej 4 długościach szyjki oraz głów o średnicy 32 mm i 36 mm w minimum 3 długościach szyjki.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zaproponowanych zmian do ogólnych warunków umowy.

Ad 6 Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania w **Pakiecie Nr 2** trzpienia anatomicznego oraz anatomicznego modularnego, nie przewiduje jednak zróżnicowania cen na ten element co wynika z konstrukcji Formularz Cenowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050