



Znak: AE/ZP-27-18/14

Tarnów, 2014-04- 17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszań i cementu kostnego, kotwic – implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, kaniuli do artroskopii barku, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łętkotki i więzadeł krzyżowych, biowchłaniających śrub puszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezo plastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 2.** W związku z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego pismem z dnia 15-04-2014 oraz celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości czy Zamawiający podtrzymuje dopuszczenie w pakiecie Nr 2 parametrów endoprotezy bezcementowej stawu biodrowego, tj.: trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkońnerzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana, długości trzpienia w zakresie od 100 mm do 145 mm, min. 8 rozmiarów dla każdej ze stron, głowę metalową o średnicy 28 mm, 32 mm w min trzech długościach szyjki, oraz głowę ceramiczną 28 mm, 32 mm, 36 mm w min. Trzech długościach szyjki, panewkę bezcementową typu Press-fit pokrytą porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającym możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 74 mm, wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach w rozmiarach średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji, wkład ceramiczny w specjalnym wzmacniającym i ochronnym tytanowym kołnierzu, który zapobiega zjawisku tzw. Impingementu, ponadto średnica wkładu ceramicznego rośnie (od 28 mm do 36 mm) wraz ze wzrostem zewnętrznej średnicy panewki oraz panewki bezcementowej typu Press-fit pokrytej hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilekami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm, wkład polietylenowy z okapem.
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści trzpień wykonany ze stopu tytanu pokryty czystym tytanem ale nie pokryty bonitem lub hydroksyapatytem?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści panewkę wkręcaną w kształcie stożkowym w rozmiarach od 46 mm do 62 mm co 2 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje dopuszczenie w Pakiecie Nr 2 tylko trzpienia anatomicznego ale wyłącznie w bezcementowych endoprotezach stawu biodrowego opisanych w pytaniu 1 w piśmie z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawierającym odpowiedź.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 trzpienia wykonanego ze stopu tytanu pokrytego czystym tytanem ale nie pokrytego bonitem lub hydroksyapatytem.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 panewki wkręcaną w kształcie stożkowym w rozmiarach od 46 mm do 62 mm co 2 mm.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
- Strona internetowa Zamawiającego
- a/a

