

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żadanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez cementowych stawu biodrowego	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez cementowych stawu biodrowego
Pakiet Nr 1 - Endoprotezy cementowe stawu biodrowego			
1.	Trzpień:		
	z centralizerem lub samocentrujący	opisać	
	kompatybilny z systemem rewizyjnym (dostępność długich trzpieni - powyżej 200 mm)	wymienić dostępne długości	
	ofset trzpienia	wymienić	
2.	Głowa:		
	metalowa	opisać	
	średnica 28 mm w co najmniej 3 długościach szyjki	wymienić długości	
	o średnicy większej niż 28 mm	wymienić średnice	
3.	Panewka:		
	wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości	opisać	
	jedno- lub dwuprofilowa	opisać	
	z kołnierzem umożliwiającym presuryzację cementu	opisać	
	obecność dystanserów zapewniających równomierne rozłożenie cementu	opisać	
4.	Korek z możliwością użycia do rewizji	Tak/Nie	
5.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy	opisać	
6.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	
	Podać informację	Minimalny zakres informacji	Określić
1.	Rozmiary trzpienia	Wymienić	
2.	Średnice głów	Wymienić	
3.	Rozmiary panewki	Wymienić	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty