Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Uwaga! Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żądanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	**Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu biodrowego bezcementowych krótkotrzpieniowych**	**Minimalny zakres informacji**	**Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu biodrowego bezcementowych krótkotrzpieniowych**
	Pakiet Nr 3 - Bezcementowe, krótkotrzpieniowe endoprotezy stawu biodrowego		
1.	Trzpień:		
	krótki, wykonany z tytanu lub stopu tytanu pokryty czystym tytanem	opisać	
	pokryty bonitem lub hydroxyapatytem	opisać	
	w minimum 8 rozmiarach	wymienić dostępne długości	
2.	Głowa:		
	metalowa	opisać	
	średnica 28 mm w co najmniej 4 długościach szyjki	wymienić długości	
3.	Panewka:		
	wykonana ze stopu tytanu, tytanu lub napylana czystym tytanem	opisać	
	bezcementowa, sferyczna lub hemisferyczna	opisać	
	typu press-fit, o średnicy zewnętrznej co najmniej od 48 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm	opisać	
	oraz typu wkręcanego w kształcie hemisfery, minimum w rozmiarach 44 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm	wymienić	
	z możliwością użycia śrub	opisać	
4.	Wkładka		
	wykonana z polietylenu wysokiej gestości	opisać	
5.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy	opisać	
6.	Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	
	Podać informację	**Minimalny zakres informacji**	**Określić**
1.	Rozmiary trzpienia	Wymienić	
2.	Rozmiary głów	Wymienić	
3.	Rozmiary panewki	Wymienić	

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty