

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żadanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez przynasadowych stawu biodrowego	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - Endoprotez przynasadowych stawu biodrowego
Pakiet Nr 4 - Endoprotezy przynasadowe stawu biodrowego			
1.	Trzpień:		
	krótki - dla młodych pacjentów	opisać	
	wykonany z tytanu lub stopu tytanu i pokryty bonitem lub porowatym tytanem i hydroksyapatytem	opisać	
	w min. 9 rozmiarach	wymienić dostępne rozmiary	
2.	Głowa:		
	metalowa lub ceramiczna	opisać	
	w min. 6 długościach szyjki dla rozmiarów 32 i 36 mm	wymienić dostępne długości	
	min. w rozmiarach: 28, 32, 36 mm	wymienić dostępne rozmiary	
3.	Panewka		
	bezcementowa, sferyczna lub hemisferyczna, pressfitowa	opisać	
	wykonana z tytanu lub stopu tytanu i pokryta czystym tytanem lub tytanem i hydroksapatytem	opisać	
	w rozmiarach min. od 44 - 66 mm	wymienić dostępne rozmiary	
	w wersji z 3 otworami lub bez, do każdej panewki z otworami śruba lub zaślepka do otworu.	Opisać	
4.	Wkładka:		
	polietylenowa krosslinkowana	Opisać	
	przystosowana do wszystkich średnic głów	Opisać	
	w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową	Opisać	
5.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki	opisać	
6.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty