

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żadanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego bezcementowych	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego bezcementowych
Pakiet Nr 5 - Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego bezcementowe			
1.	Trzpień		
	ze stopu tytanowego, prosty lub zgięty	opisać	
	w minimum trzech długościach	wymienić dostępne długości	
2.	Element krętarzowy		
	w czterech długościach	wymienić	
	konus V40 lub 12/14	opisać	
3.	Głowa:		
	wykonana z CoCr	opisać	
	w rozmiarze 28	wymienić	
	w minimum trzech długościach szyjki	wymienić długości	
4.	Panewka rewizyjna	opisać	
5.	Wkładka	opisać	
6.	Moduł rewizyjny panewkowy	opisać	
7.	Śruby do łączenia elementów endoprotezy	opisać	
8.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadczenia dopuszczenia do obrotu i używania) na czas zabiegu	opisać	
9.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty