



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-19/14

Tarnów, 2014-03-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę mikrotomu – 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do co najmniej 60 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w znacznik w kolorze czerwonym umieszczonym na głowicy (czerwona obręcz wokół głowicy), który informuje użytkownika o końcowym zakresie wysuwu głowicy prowadzącej preparat oraz wyposażonego w sprzęgło zabezpieczające, które zabezpiecza urządzenie w początkowym zakresie położenia głowicy prowadzącej w przypadku gdyby użytkownik próbował wsunąć głowicę poza zakres początkowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający zmienia zapis:

1. pkt. I SIWZ o treści :

„- jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie mikrotomu o parametrach określonych w Załączniku Nr 6 - **do 45 dni od daty podpisania umowy**”

na zapis o treści :

„- jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie mikrotomu o parametrach określonych w Załączniku Nr 6 - **do 60 dni roboczych od daty podpisania umowy**”

2. pkt. XIV.1 SIWZ o treści:

„Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie **do 45 dni od daty podpisania umowy**”

na zapis o treści:

„Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie **do 60 dni roboczych od daty podpisania umowy**”

- 3.poz. 15 w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia” Załącznika Nr 6 do SIWZ o treści:

„Dostawa aparatu w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy.”

na zapis o treści:

„Dostawa aparatu w terminie do 60 dni roboczych od daty podpisania umowy.”

Ad.2

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikrotomu wyposażonego w znacznik w kolorze czerwonym umieszczony na głowicy (czerwona obręcz wokół głowicy), który informuje użytkownika o końcowym zakresie wysuwu głowicy prowadzącej preparat oraz wyposażonego w sprzęgło zabezpieczające, które zabezpiecza urządzenie w początkowym zakresie położenia głowicy prowadzącej w przypadku gdyby użytkownik próbował wsunąć głowicę poza zakres początkowy.

W związku z odpowiedzią udzieloną w pkt.Ad.1, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 02.04.2014r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 02.04.2014r godz. 11:00**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I i XIV.1, Załącznika Nr 6 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050