

**Wymagane i oferowane parametry techniczne
mikrotomu - 1 szt**

Lp	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane (Wpisać TAK/NIE podać zakres, opisać)
1.	Manualny mikrotom rotacyjny szt. 1	TAK	
2.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2013	TAK	
3.	Regulacja grubości cięcia w zakresie minimum od 0 µm do 30 µm w tym: od 0 do 10 µm ze skokiem maksimum 1 µm od 10 do 20 µm ze skokiem maksimum 2 µm od 20 ze skokiem maksimum 5 µm	TAK	
4.	Pionowy zakres ruchu głowicy minimum 52mm	TAK	
5.	Przestrzenna regulacja próbki we wszystkich płaszczyznach	TAK	
6.	Uchwyt do żyłek mikrotomowych jednorazowych	TAK	
7.	Zakres ustawiania kąta nachylenia uchwytu na nóż minimum od 0° do 8°	TAK	
8.	Funkcja trymowania	TAK	
9.	Funkcja retrakcji	TAK	
10.	Blokada koła cięcia w dowolnej pozycji	TAK	
11.	Sygnalizacja końca i początku zakresu wysuwu głowicy	TAK	
12.	Uchwyt do kasetek standardowych	TAK	
13.	Wyposażony w tackę na śinki parafinowe	TAK	
	Pozostałe wymagania		
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia.	TAK	
15.	Dostawa aparatu w terminie do 60 dni roboczych od daty podpisania umowy.	TAK	
16.	Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru urządzenia lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.	TAK	
17.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).	TAK	
18.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	TAK	
19.	W okresie gwarancji gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia lub wymiana towaru na wolny od wad maksymalnie 28 dni. W okresie gwarancji w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych wstawienie urządzenia zastępczego.	TAK	
20.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK	

Niespełnienie wyżej wymienionych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty