



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-20/14

Tarnów, 2014-03-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę i uruchomienie zestawu do videoduodenoskopii dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy – Punkt XIV SIWZ, punkt 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie wyspecyfikowanego zapisu w następujący sposób: „gwarancja i bezpłatny serwis minimum 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji wyłącznie uszkodzeń nie wynikających z nieprawidłowej eksploatacji urządzenia”
2. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy – Punkt XIV SIWZ, punkt 9 a) oraz b) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 5% na 1%?
3. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy – Punkt XIV SIWZ, punkt 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 20% na 10%?
4. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy – Punkt XIV SIWZ, punkt 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu urządzeń o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 10 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy”.
5. Dotyczy Załącznika nr 6: Wymagane i oferowane parametry techniczne, Pozostałe Wymagania, punkt 36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych?
6. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy – Punkt XIV SIWZ, punkt 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu: „ Przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem banku finansującego Wykonawcę, wymaga zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Szpitala potwierdzonej na piśmie. Zgodny takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.
7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.
8. Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił do 4 tygodni od momentu podpisania umowy?
10. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt.2: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem w tabeli technicznej, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu z elementami podemonstracyjnymi?
11. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt.5: Prosimy o potwierdzenie, że punkt dotyczy gwarancyjnych usług serwisowych?
12. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt.9 a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna liczona była w wysokości 0,5% wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka?



13. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. 9 b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna liczona była w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego towaru, gdyż kara liczona od wartości całego zestawu jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących zasad?
14. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. 14: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie kary w przypadku odstąpienia od umowy do wysokości 10% wartości umowy brutto?
15. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. 15: Prosimy o wykreślenie punktu 15, ze względu na fakt, że zakup towaru od innych Wykonawców musiałby spełniać warunki SIWZ, ponadto Zamawiający zabezpiecza ewentualną stratę w postaci kar umownych liczonych za odstąpienie od umowy.
16. Dotyczy załącznika nr 6 pkt 35 - Czy poprzez bezpłatny serwis Zamawiający ma na myśli usuwanie wszystkich uszkodzeń przy prawidłowej, zgodnej z instrukcją obsługi pracy aparatem?
17. Dotyczy załącznika nr 6 pkt 6 - Czy Zamawiający dopuści kąt obserwacji 100° retro 8° ?
18. Dotyczy załącznika nr 6 pkt 8 - Czy Zamawiający dopuści min.3 programowalne przyciski endoskopowe?
19. Dotyczy załącznika nr 6 pkt 17 – Czy Zamawiający dopuści procesor o mocy żarnika głównego min. 150W i lampie zapasowej włączanej automatycznie w przypadku awarii lampy głównej o mocy 75W?
20. Dotyczy załącznika nr 6 pkt 20-25 – Czy Zamawiający dopuści monitor o następujących parametrach :
Przekątna ekranu: 24 cali
Rozdzielczość: 1920*1200 pikseli
Matryca: LCD
Kontrast: 1000:1
Kąt widzenia: 178°
21. Dotyczy załącznika nr 6 pkt 20-25 – Czy Zamawiający dopuści monitor o następujących parametrach :
Przekątna ekranu: 26 cali
Rozdzielczość: 1920*1080 pikseli
Matryca: LCD
Kontrast: 1000:1
Kąt widzenia: 178°
22. Dotyczy załącznika nr 6 pkt 20-25 – Czy Zamawiający dopuści monitor o następujących parametrach :
Przekątna ekranu: 31,5 cala
Rozdzielczość: 1920*1200 pikseli
Matryca: LCD
Kontrast: 1300:1
Kąt widzenia: 178°

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający zmienia zapis poz.35 w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia” Załącznika Nr 6 do SIWZ o treści:

„Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru zestawu.”

na zapis o treści:



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

„Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru zestawu. Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia nie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.”

Ad.2 – 4 i 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV.9 a) i b), XIV.14, XIV.16 oraz XIV.17 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt.36 Załącznika Nr 6 do SIWZ i wymaga w okresie gwarancji sprzętu zastępczego na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych.

Ad.7

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, nie przekształca się w spółkę prawa handlowego, jak również nie toczy się względem Zamawiającego postępowanie upadłościowe.

Ad.8

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową

Ad.9

Zamawiający zmienia zapis:

1. pkt. I SIWZ o treści :

„ - jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu do videoduodenoskopii o parametrach określonych w Załączniku Nr 6 - **do 21 dni od daty podpisania umowy** ”

na zapis o treści :

„- jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu do videoduodenoskopii o parametrach określonych w Załączniku Nr 6 - **do 28 dni od daty podpisania umowy**”

2. pkt. XIV.1 SIWZ o treści:

„Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie **do 21 dni od daty podpisania umowy.**”

na zapis o treści:

„Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie **do 28 dni od daty podpisania umowy.**”

3.poz.31 w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia” Załącznika Nr 6 do SIWZ o treści:

„Dostawa zestawu w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.”

na zapis o treści:

„Dostawa zestawu w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.”

Ad.10

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w pkt.11 Załącznika Nr 6 do SIWZ dopuszcza zaoferowanie procesora wizyjnego i źródła światła, jednego urządzenia lub kompletu (2 urządzenia), będących urządzeniami podemonstracyjnymi lub rekondycjonowanymi wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010r. - 1 szt.

Ad.11

Zamawiający informuje, że zapis zawarty w pkt.XIV.5 SIWZ dotyczy gwarancyjnych usług serwisowych.

Ad.12 – 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV.9 a) i b), XIV.14 oraz XIV.15 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w



umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.16

Zamawiający informuje, iż przez zapis zawarty w pkt.XIV.5 SIWZ o treści „bezpłatny serwis” rozumie usuwanie wszystkich uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji dostarczonych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

Ad.17

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w poz.6 Załącznika Nr 6 do SIWZ i wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego kąt obserwacji - min 100° (retro minimum 5°).

Ad.18

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w poz.8 Załącznika Nr 6 do SIWZ i wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego minimum 4 programowalne przyciski sterujące głowicą endoskopu

Ad.19

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w poz.17 Załącznika Nr 6 do SIWZ i wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego lampę o mocy min.150W. W przypadku lampy halogenowej awaria lampy głównej ma włączać automatycznie lub ręcznie oświetlenie awaryjne o tej samej mocy umożliwiające bezpieczne zakończenie zabiegu.

Ad.20 - 22

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w poz.20-25 Załącznika Nr 6 do SIWZ i wymaga zaoferowania monitora o parametrach określonych w ww pozycjach Załącznika Nr 6

W związku z odpowiedzią udzieloną w pkt.Ad.1 i Ad.9, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 31.03.2014r godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 31.03.2014r godz. 11:30**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, IX.1, X.1 i XIV.1, Załącznika Nr 6 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050