



Znak: AE/ZP-27-21/14

Tarnów, 2014-03- 21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: kotwic - implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego, stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych i przelyku oraz ustników jednorazowych z łącznikiem do tlenu dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującą treść:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oprócz stentu pokrytego silikonem na całej długości, dodatkowo stentu pokrywanego w części środkowej oraz stentu niepokrywanego. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów samorozprężalnego stentu do protezowania zwężeń nowotworowych wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowo-niklowego zapewniającego dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG dostępnego w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany z niepokrytymi końcami), średnica stentu 8 i 10 mm – długość stentu: 4, 6, 8 cm, stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 8 Fr dla stentów pokrywanych i 7,5 Fr dla niepokrytych, współpracujący z przewodnikiem 0,035" o długości 450 cm, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 75% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednocześnie określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu, długość zestawu wprowadzającego 195 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów samorozprężalnego stentu do protezowania nowotworowych i łagodnych zwężeń przelykowych oraz uszczelniania przetok załadowany do zestawu o średnicy 18,5 Fr, wykonany z grubego drutu nitinolowego – dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75%, znaczniki RTG na zestawie oraz znacznik punktu bez powrotu na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka nylonowa do repozycji stentu po całkowitym otwarciu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10 cm, 12 cm, 15 cm, średnica 18 i 23 mm w części roboczej, zalecany przewódnik – 0,038", długość zestawu 120 cm, w wersji całkowicie krytej w zwężeniach łagodnych możliwość usunięcia stentu do 8 tygodni od implantacji?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5** Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 5 dokona modyfikacji i podzieli Pakiet na dwa podpakiety lub pozwoli na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje Pakietu?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie samorozprężalnego stentu nitinolowego do dróg żółciowych o średnicach 8 i 10 mm i długościach 60, 80 i 100 mm, nie rozszerzany na końcach, w wersji pokrywanej i niepokrywanej silikonem, wykonanej w technologii plecionego drutu, długość introduktora 180 cm, ze złotymi markerami na obu stronach stentu i na środku, widocznymi w RTG, z systemem aplikacji umożliwiającym precyzyjne uwalnianie stentu bez możliwości wycofania stentu do aplikacji dla stentów pokrywanych, a dla stentu niepokrywanego system aplikacji pozwala na uwolnienie stentu do około 50% długości i zamknięcie w celu korekty położenia, aplikator posiada znaczniki radiologiczne i graficzny.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu samorozprężalnego do przelyku, w wersji niepokrywanej i pokrywanej (silikonem, silikonem i e-PTFE w zależności od wersji), z 8 cieniodajnymi, złotymi znacznikami na końcach i na środku stentu (3+2+3), „lassami” na obu końcach stentu (dostępna wersja z zastawką antyrefluksyjną i jednym lassem), posiadające kołnierze antymigracyjne na końcu dystalnym i proksymalnym (kołnierz posiada dwie średnice (mniejszą i większą), długości stentu: 90, 110, 130 150, 170 mm, średnice stentów dla trzonu stentu: 16, 18 i 20 mm i odpowiednio dla kołnierzy antymigracyjnych: od 20 do 28 mm, z zestawem

wprowadzającym, umożliwiającym precyzyjne uwalnianie stentu z możliwością korekty położenia bezpośrednio po założeniu?

7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania protez samorozprężalnych, przełykowych o dł. 80, 110, 140 mm, śr. 20 mm, średnica kołnierzy 26 mm; pokrytych silikonem na całej długości, do zastosowań nowotworowych i nienowotworowych (usuwalnych) posiadających lassa do repozycji na obu końcach, 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej – na obu końcach i w środkowej części, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F, znacznik endoskopowy wskazujący miejsce uwolnienia protezy?
8. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji zamówienia liczony był w dniach roboczych?
9. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby urzędowa zmiana stawki VAT w okresie trwania umowy powodowała zmianę ceny brutto, przy jednoczesnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę stałości cen netto przez cały okres obowiązywania umowy?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów samorozprężalnych stentów metalowych do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego rozszerzonego na końcach, z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035". Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu częściowo pokrywanego: 8, 10 mm, i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Sterylny.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów stentów samorozprężalnych nitinolowych do przełyku, pokrytych silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm. Średnica trzonu 20 mm, średnica kołnierza 25 mm. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Sterylny.

#### **Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** również równoczesne zaoferowanie stentów do dróg żółciowych: pokrytych silikonem na całej długości, pokrywanych silikonem w części środkowej oraz stentów niepokrywanych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** również stentów do dróg żółciowych opisanych w pytaniu.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** również stentów przełykowych opisanych w pytaniu.

**Ad. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację **Pakietu Nr 5** i podzielenie tego Pakietu na dwa podpakiety nie wyraża również zgody na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje Pakietu

**Ad. 5** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** stentów do dróg żółciowych opisanych w pytaniu.

**Ad. 6** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** stentów do przełyku opisanych w pytaniu.

**Ad. 7** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** również stentów przełykowych opisanych w pytaniu.

**Ad. 8 i 9** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość wzrostu stawki



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

podatku VAT. W przypadku wystąpienia takiej zmiany warunki, na jakich zmiana ta będzie dokonana – Zamawiający uzgodni z Wykonawcą związanym z Zamawiającym umową po przeprowadzonym przetargu.

**Ad. 10** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** również stentów do dróg żółciowych opisanych w pytaniu.

**Ad. 11** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 2** również stentów do przełyku opisanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408  
Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

