



Znak: AE/ZP-27-26/14

Tarnów, 2014-03- 31

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę sprzętu do rehabilitacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuszcza rotor, który posiada jednolitą konstrukcję łączącą rotor kończyn górnych z rotorem kończyn dolnych (bez dwóch odrębnych statywów), co umożliwia prowadzenie terapii w kilku formach (np. tylko ćwiczenia nóg, tylko rąk , jednocześnie rąk i nóg), z zachowaniem możliwości wyłączenia rotora kończyn górnych i szybkiego przekształcenia go w kierownicę statyczną, zapewniającą stabilny uchwyt podczas treningu kończyn dolnych? Pozostałe warunki z SIWZ są spełnione.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej o następujących parametrach: zakres zgięcia/wyprostu kolana: od -10 do 120⁰, regulacja prędkości: 30-150⁰/min, czas podtrzymania w zgięciu/wyproście: 0-30 s, regulacja oporu: 1-10, regulacja długości łydki: 25 – 60 cm, regulacja długości uda: 30-49 cm, maksymalna waga pacjenta 160 kg, wymiary: 94 x 33 cm, ciężar 12 kg, wszystkie parametry zabiegu sterowane z pilota; pilota wyposażony w funkcję blokady przycisków sterujących zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów terapii, szyna wyposażona jest w mechanizm automatycznej zmiany kierunku ruchu przy napotykanii oporu, funkcja tymczasowego zmniejszania zakresu ruchy w kierunku zgięcia o 5⁰, funkcja zwiększania kąta zgięcia o 1⁰ na każdą godzinę, nie więcej niż o 5⁰ na dobę, funkcja pogłębienia max. zgięcia, z zatrzymaniem, na zaprogramowany czas?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** również rotora opisanego w pytaniu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 4** szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej spełniającej wszystkie parametry określone w Załączniku Nr 6.4 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a