

Parametry przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 – Laser biostymulacyjny

L.p.	Parametry wymagane	Podać oferowane parametry
1.	Laser biostymulacyjny – 1 zestaw (podać nazwę handlową, model oraz producenta)	
2.	Laser przenośny, biostymulacyjny	
3.	Laser o długości fali w zakresie światła widzialnego i podczerwieni	
4.	Praca ciągła i impulsowa	
5.	Możliwość podłączenia dodatkowej sondy prysznicowej lub skanującej	
6.	Automatyczna kalkulacja czasu trwania zabiegu w oparciu o zadaną wielkość energii	
7.	Bank gotowych programów terapeutycznych	
8.	Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych	
9.	Okulary ochronne – 2 szt.	
10.	W zestawie leżanka do fizykoterapii 185 cm x 65 cm x 70 cm	
11.	Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego	
12.	Do oferty załączone materiały informacyjne dotyczące oferowanego lasera biostymulacyjnego oraz jego zdjęcie	
13.	Wraz z dostawą instrukcja obsługi lasera biostymulacyjnego w języku polskim	
14.	W cenie oferty gwarancja i serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru lasera biostymulacyjnego	
15.	Czas przestoju spowodowany koniecznością naprawy przedłuża okres gwarancji o czas przestoju	
16.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do podjęcia naprawy maksymalnie 2 dni robocze	
17.	Wstawienie zastępczego lasera biostymulacyjnego lub innej części zestawu (w zależności która część czy części zestawu uległa/uległy awarii) przy naprawie trwającej ponad 7 dni	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty