



Znak: AE/ZP-27-35/14

Tarnów, 2014-05- 20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy odczynników, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów oraz dzierżawa 2 analizatorów (wiodącego i uzupełniającego) do badań gazometrycznych i wapnia zjonizowanego wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt V.2. SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie oryginału wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w jednej kopercie kurierskiej wraz z ofertą skierowanej na adres wskazany w SIWZ jako adres dostarczenia oferty Budynek Dyrekcji pokój nr 11, a oznaczonej zgodnie z wymogami SIWZ „KASA”?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 7.1 pkt 6.** Czy Zamawiający obecnie posiada w pracowni CITO stację roboczą pracującą w sieci laboratoryjnej Asseco, z wolnym portem RS232, do której może być podłączony dodatkowy analizator immunologiczny (czy możliwe będzie podłączenie dwóch aparatów immunologicznych do jednej stacji roboczej)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę jednego z dwóch (mniejszego) aparatu do Pracowni CITO do 28 dni od daty podpisania umowy? Pozostałe aparaty zostaną dostarczone w wymaganym terminie do 14 dni.
4. **Dotyczy Pakietu 1 Załącznik Nr 7.1 pkt. 15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na: Serwis techniczny na okres obowiązywania umowy wliczony w dzierżawę: obejmujący naprawy i przeglądy za wyjątkiem części zużywalnych wyszczególnionych w ofercie w Załączniku Nr 1, czas naprawy - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin w dni robocze?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną (e-mail) lub pisemną?
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu regulującego możliwość ewentualnej zmiany ceny brutto w zaproponowany poniżej sposób:
  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy - uzasadniony merytorycznie i w oparciu o obowiązujące powszechnie przepisy prawa, dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto towaru w przypadku ustawowej zmiany przepisów podatkowych, tj. ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.) lub/i ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).
  - Każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany cen jednostkowych brutto na podstawie ust.1, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny wniosek w przedmiocie dokonania zmiany wraz z przytoczeniem odpowiednich przepisów ustaw podatkowych powołanych w ust. 1, których nowelizacja (wejście w życie) uzasadnia wniosek Wykonawcy.



- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na akceptację wniosku, o którym mowa w ust. 2. W tym przypadku, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego), które nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych ani żądania jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu przez Stronę przedmiotowej umowy. W okresie wypowiedzenia, ceny jednostkowe brutto pozostają bez zmian, natomiast stosownemu obniżeniu ulegają ceny jednostkowe netto.
  - Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie dopuszczona w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej w dalszej treści ustawą oraz sytuacji określonej w umowie, w formie dwustronnie uzgodnionego aneksu do umowy.
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.8 a SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej w następujący sposób: „0,5% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”?
  8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.8 a SIWZ.** Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?
  9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.8 b SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej w następujący sposób: „0,5% wartości brutto wadliwego lub brakującego towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości”?
  10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.8 b SIWZ.** Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?
  11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.16 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców. Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie wynikającą z zakupu na wolnym rynku a zakupem u Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę.”?
  12. **Dotyczy Formularza Ofertowego pkt II „Kształtowanie się cen w okresie trwania umowy”.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu regulującego możliwość ewentualnej zmiany ceny brutto w zaproponowany poniżej sposób:
    - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy - uzasadniony merytorycznie i w oparciu o obowiązujące powszechnie przepisy prawa, dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto towaru w przypadku ustawowej zmiany przepisów podatkowych, tj. ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.) lub/i ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).
    - Każdorazowo, przed wprowadzeniem zmiany cen jednostkowych brutto na podstawie ust.1, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny wniosek w przedmiocie dokonania zmiany wraz z przytoczeniem odpowiednich przepisów ustaw podatkowych powołanych w ust. 1, których nowelizacja (wejście w życie) uzasadnia wniosek Wykonawcy.
    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na akceptację wniosku, o którym mowa w ust. 2. W tym przypadku, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia



(dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego), które nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych ani żądania jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu przez Stronę przedmiotowej umowy. W okresie wypowiedzenia, ceny jednostkowe brutto pozostają bez zmian, natomiast stosownemu obniżeniu ulegają ceny jednostkowe netto.

- Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie dopuszczona w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej w dalszej treści ustawą oraz sytuacji określonej w umowie, w formie dwustronnie uzgodnionego aneksu do umowy.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2 pkt 6 i 7.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego komplet oznaczeń w ciągu 120 sekund z próbki o objętości 210 mikrolitrów? Proponowany analizator posiada funkcję umożliwiającą oznaczenie samej gazometrii lub jonów z 46 mikrolitrów próbki lub gazometrii z elektrolitami z próbki o objętości 80 mikrolitrów.
  14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez funkcji automatycznego wykonywania oznaczeń kontrolnych?
  15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 Załącznik Nr 7.2 pkt 10 i 11.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w zakresie spełnienia wymagań określonych w punktach 10 i 11 i odnosi je również do odczynników i kalibratorów konfekcjonowanych w 3 niezależnych opakowaniach.
  16. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów wyposażonych w pełen zestaw startowy – tzn. komplet elektrod i odczynników?
  17. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów używanych, nie starszych niż z 2012 roku, po pełnym przeglądzie wykonanym przez autoryzowany serwis i z pełną gwarancją na czas trwania umowy?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza dostarczenie oryginału wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w jednej kopercie kurierskiej wraz z ofertą skierowanej na adres wskazany w SIWZ jako adres dostarczenia oferty Budynek Dyrekcji pokój nr 11, a oznaczonej zgodnie z wymogami SIWZ „KASA”

**Ad. 2** Możliwe będzie podłączenie dwóch aparatów immunologicznych oferowanych w Pakiecie Nr 1 do jednej stacji roboczej.

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza dostawę jednego z dwóch (mniejszego) aparatu do Pracowni CITO do 28 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem, że pozostałe aparaty zostaną dostarczone w wymaganym terminie do 14 dni

**Ad. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów **pkt. 15 Załącznika Nr 7.1.**

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza składanie zamówień również formą elektroniczną (e-mail), pod warunkiem ich potwierdzenia przez Wykonawcę, nie odstępuje natomiast od pozostałych form składania zamówień – określonych w pkt XV.1 SIWZ.

**Ad. 6 - 11** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksy cywilnego. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość wzrostu stawki podatku VAT. W przypadku wystąpienia takiej zmiany warunki, na jakich zmiana ta będzie dokonana – Zamawiający uzgodni z Wykonawcą związanym z Zamawiającym umową po przeprowadzonym przetargu.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

**Ad. 12** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do pkt II Formularza Ofertowego

**Ad. 13** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** analizatora wykonującego komplet oznaczeń w ciągu 120 sekund z próbki o objętości 210 mikrolitrów, posiadającego funkcję umożliwiającą oznaczenie samej gazometrii lub jonów z 46 mikrolitrów próbki lub gazometrii z elektrolitami z próbki o objętości 80 mikrolitrów.

**Ad. 14** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** analizatora bez funkcji automatycznego wykonywania oznaczeń kontrolnych.

**Ad. 15** Zamawiający określił w **Pakiecie Nr 2** w załączniku Nr 7.2 pkt 10 i 11 do czego odnoszą się zapisy tych punktów.

**Ad. 16** Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2** analizatorów spełniających wymagania określone w SIWZ i Załącznikach do niej.

**Ad. 17** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również analizatorów używanych, nie starszych niż z 2012 roku, po pełnym przeglądzie wykonanym przez autoryzowany serwis i z pełną gwarancją na czas trwania umowy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050