



Znak: AE/ZP-27-41/14

Tarnów, 2014-05- 29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dzierżawę analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, analizy moczu, morfologii krwi i retikulocytów wraz z dostawami odczynników i materiałów: kontrolnych, wzorcowych, zużywalnych niezbędnych do wykonania badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane wyłącznie za pośrednictwem faxu albo poczty elektronicznej?
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.8 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości akry umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.10 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie XV.10?
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.11 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.13 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by wysokość odsetek wynosiła tyle ile odsetki ustawowe?
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.15 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.16 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zdania: „Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.”?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt. 14 parametrów** wymaganych analizatora wiodącego automatycznej analizy moczu, Załącznik nr 7.3: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów moczu z czego ciężar właściwy zgodnie z pkt. 4 analizator oznacza fizykalnie?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3, pkt. 12 parametrów** wymaganych analizatora półautomatycznej analizy moczu, Załącznik nr 7.3: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy

zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu)?

12. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Załącznik Nr 7.1 do SIWZ. Czy pod pojęciem "Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora" Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Załącznik Nr 1 do SIWZ. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w nowotworach produkujących HCG?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Załącznik Nr 1 do SIWZ. Czy Zamawiający wymaga aby test do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodę wykrywania i różnicowania makroprolaktyny, co pozwoli na prawidłową interpretację podwyższonych wyników prolaktyny?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza składanie zamówień również formą elektroniczną (e-mail), pod warunkiem ich potwierdzenia przez Wykonawcę, nie odstępuje natomiast od pozostałych form składania zamówień – określonych w pkt XV.1 SIWZ.

Ad. 2 - 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksy cywilnego. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość wzrostu stawki podatku VAT. W przypadku wystąpienia takiej zmiany warunki, na jakich zmiana ta będzie dokonana – Zamawiający uzgodni z Wykonawcą związanym z Zamawiającym umową po przeprowadzonym przetargu.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 również pasków oznaczających 10 parametrów moczu z czego ciężar właściwy zgodnie z pkt. 4 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ analizator oznacza fizycznie.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 również analizatora półautomatycznej analizy moczu z opcją wprowadzania wyników oceny mikroskopowej osadu moczu przy pomocy tzw. przystawki osadowej działającej na podobnej zasadzie jak wewnętrzna czy zewnętrzna klawiatura (pod odpowiednimi klawiszami zaprogramowane są poszczególne składniki osadu moczu).

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również analizatora posiadającego system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta.

Ad. 13 Zamawiający zamierza stosować testy beta-HCG ujęte w Pakiecie Nr 1 zarówno jako test ciążowy jak również jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w nowotworach produkujących HCG.

Ad. 14 Zamawiający wymaga aby test do oznaczania prolaktyny oferowany w Pakiecie Nr 1 posiadał zwalidowaną metodę wykrywania i różnicowania makroprolaktyny, co pozwoli na prawidłową interpretację podwyższonych wyników prolaktyny.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050