



Znak: AE/ZP-27-41/14

Tarnów, 2014-06- 09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dzierżawę analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, analizy moczu, morfologii krwi i retikulocytów wraz z dostawami odczynników i materiałów: kontrolnych, wzorcowych, zużywalnych niezbędnych do wykonania badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 4 Rozdział XV Ogólne Warunki Umowy projektu umowy na: „W razie urzędowej zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla stron wiążąca będzie stawka podatku VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury. Bez zmian pozostaną ceny jednostkowe netto”
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2,** Czy przez zapis SIWZ „lodówka na pokładzie analizatora – brak konieczności wyjmowania odczynników z analizatora” Zamawiający wymaga aby analizator był wyposażony w rotor odczynnikowy, w którym temperatura przechowywania odczynników byłaby temperaturą lodówki – 2-8 st C?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator o wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2** Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał wewnętrzny czytnik kodów kreskowych zarówno dla odczynników jak i dla próbek?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 i 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując ilość niezbędnych kalibratorów i materiałów kontrolnych wzięto pod uwagę podaną w ulotkach odczynnikowych minimalną objętość próbki niezbędną do wykonania badania (objętość martwa w µl plus objętość próbki użytej do oznaczenia w µl), co jest zgodne z rekomendacjami producenta aparatu, zakładając, że kalibratory i kontrole będą wstawiane w pozycje priorytetowe? Taka objętość kalibratorów i kontroli jest zgodna z ilością wymaganą przez analizator i widoczną na ekranie w raporcie listy zleceń.
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.13 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do pkt. 13 Ogólnych Warunków Umowy: „Za nieterminowa zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości ustawowej”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksy cywilnego. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość wzrostu stawki podatku VAT. W przypadku wystąpienia takiej zmiany warunki, na jakich zmiana ta będzie dokonana – Zamawiający uzgodni z Wykonawcą związanym z Zamawiającym umową po przeprowadzonym przetargu.

Ad. 2 Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 7.2 pkt 4 „lodówka na pokładzie analizatora – brak konieczności wyjmowania odczynników z analizatora” Zamawiający w **Pakiecie Nr 2** oczekuje, aby możliwe było utrzymanie temperatury lodówki (2 – 8°C) na pokładzie analizatora.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również analizatora o wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT. Zgodnie z zapisem w pkt



3 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ Zamawiający wymagał analizatora wykonującego minimum 100 (± 10) analiz na godzinę, tj. mieszczącego się w przedziale od 90 do 110 analiz na godzinę

Ad. 4 Zamawiający oczekuje zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 (zgodnie z pkt 10 i 12 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ) analizatora w którym czytnik kodów kreskowych jest integralną częścią składową tego analizatora, a odczyt kodu odbywa się automatycznie zarówno dla odczynników jak i dla próbek

Ad. 5 Zamawiający nie musi wyrażać zgody w zakresie podanym w pytaniu, bowiem jasno określił, że należy zaoferować ilość odczynników i innych materiałów odpowiednią do wykonania określonej ilości i rodzaju badań. Jeżeli istnieje problem określony w pytaniu to należy tę okoliczność uwzględnić przy określaniu ilości oferowanych odczynników i innych materiałów.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach pkt 13 Ogólnych warunków umowy, to Wykonawca ma określić w pkt IV.2 Formularza Ofertowego jakich odsetek będzie żądał od Zamawiającego w przypadku nieterminowej zapłaty należności.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050