

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia**Uwaga!** Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żadanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu kolanowego
	Pakiet Nr 9 poz. 1 - Pierwotne endoprotezy stawu kolanowego		
1.	Element udowy:		
	anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, cementowy	opisać	
	w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, przy czym w w wersji z wycięciem więzadeł krzyżowych element udowy umożliwiający zamontowanie bloczków uzupełniających ubytki kłykcji oraz trzpienia przedłużającego	opisać	
	kompatybilny z systemem rewizyjnym umożliwiającym założenie bezcementowych kołnierzy pokrytych porowatym tytanem	opisać	
2.	Element piszczelowy:		
	taca piszczelowa umożliwiająca zastosowanie trzpieni przedłużających, które dzięki specjalnej budowie tacy są pochylone 3 stopnie ku tyłowi	opisać	
	system umożliwiający śródoperacyjny wybór wersji fixed lub mobile-bearing	opisać	
3.	Wkładka:		
	Wkładka fixed wykonana z polietylenu wysokiej gęstości	Opisać	
	mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie	Opisać	
	o różnych grubościach od 8 mm do 17 mm	Wymienić wszystkie oferowane	
4.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy	opisać	
5.	Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty