AE/ZP-27-42/14 **Załącznik Nr 6.2**

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Uwaga! Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żądanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	**Wymagane parametry przedmiotu zamówienia endoprotez stawu kolanowego**	**Minimalny zakres informacji**	**Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu kolanowego**
	Pakiet Nr 9 poz. 2 - Całkowite endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego		
1.	Element udowy:		
	anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, cementowy	opisać	
	w opcji z wycięciem wiązadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi	opisać	
	kompatybilny z systemem rewizyjnym umożliwiającym założenie bezcementowych kołnierzy pokrytych porowatym tytanem	opisać	
2.	Element piszczelowy:		
	element piszczelowy mobile Bearing , wykonany ze stopu CoCr, z wysoce polerowaną częścią górną	opisać	
	w pięciu rozmiarach	Wymienić wszystkie oferowane rozmiary	
	umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych,oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych	opisać	
	kompatybilny z systemem zawiasowym	opisać	
3.	Wkładka:		
	Wkładka bearing wykonana z polietylenu wysokiej gęstości	Opisać	
	tylnie stabilizowana wzmocniona	Opisać	
	w grubościach: od 10 mm do 30 mm dla każdego z rozmiarów	Wymienić wszystkie oferowane rozmiary	
5.	Kołnierz udowy		
	posiadający porowatą okładzinę	Opisać	
	w rozmiarach: 31 mm, 34 mm, 40 mm, 46 mm	Wymienić wszystkie oferowane rozmiary	
6.	Kołnierz piszczelowy		
	posiadający porowatą okładzinę	Opisać	
	w rozmiarach M/L: 29 mm, 37 mm, 45 mm, 53 mm, 61 mm	Wymienić wszystkie oferowane rozmiary	

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	**Wymagane parametry przedmiotu zamówienia endoprotez stawu kolanowego**	**Minimalny zakres informacji**	**Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu kolanowego**
7.	Trzpień przedłużajacy		
	trzpień uniwersalny bezcementowy w długościach: 75 mm, 115 mm, 150 mm i średnicach od 10 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm	Opisać i wymienić wszystkie oferowane rozmiary	
	trzpień uniwersalny cementowy w długościach 30 mm i 60 mm, w dwóch grubościach 13 mm i 15 mm	Opisać i wymienić wszystkie oferowane rozmiary	
8.	Adapter udowy		
	adapter udowy 5 stopniowy lub 7 stopniowy	Opisać	
9.	Śruba łącznikowa do adaptera		
	śruba łącznikowa do adaptera neutralna lub offsetowa +2, -2	Opisać	
10.	Podkładki udowe dystalne		
	podkładka wyrównawcza udowa dystalna	Opisać	
	w 4 grubościach: 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm	Wymienić wszystkie oferowane grubości	
11.	Podkładki udowe tylne		
	podkładka wyrównawcza udowa tylna	Opisać	
	w 2 grubościach: 4 mm, 8 mm	Wymienić wszystkie oferowane grubości	
12.	Podkładki piszczelowe		
	podkładka wyrównawcza piszczelowa	Opisać	
	w 2 grubościach: 5 mm, 10 mm lub 15 mm	Wymienić wszystkie oferowane grubości	
13.	Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium, w tym piły oscylacyjnej i wiertarki (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) pozostające w jego ciągłej dyspozycji przez okres obowiązywania umowy	opisać	
14.	Na żądanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia	Tak/Nie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty