



Znak: AE/ZP-27-43/14

Tarnów, 2014-06- 10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy: endoprotez stawu kolanowego, implantów do rekonstrukcji łoktka i więzadeł krzyżowych, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującą treść:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** W związku z rozbieżnością informacji zawartej w Formularzu Cenowym w punkcie nr 1 („z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji mobile Bering, spełniające wymagania w Załączniku N nr 7.1) w stosunku do zapisów zawartych we wspomnianym Załączniku Nr 7.1, w którym wymagania odnoszą się jedynie do wersji protezy z wkładką zatrzaskiwaną, zwracamy się z prośbą o wykreślenie z Formularza Cenowego wymogu oferowania protezy typu mobile Bering w zakresie tego pakietu
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumiał pod pojęciem „Rzepka w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 W Pakiecie Nr 8 Zamawiający wymaga endoprotezy stawu kolanowego tylko w opcji z wkładką mocowaną zatrzaskowo.

Ad. 2 W Pakiecie Nr 8 w opis „Rzepka w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych faktycznie dotyczy elementu udowego.

W związku z udzielonymi wyżej odpowiedziami, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 (dalej Zamawiający) wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) w Pakiecie Nr 8 poz. 1 dotychczasowy zapis w kolumnie „Wyszczególnienie”:

„Endoprotezy stawu kolanowego kłykciowe (z elementami cementowanymi bez ostrych krawędzi, zmniejszające ryzyko pęknięcia cementu, z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji "mobile bearing", spełniające wymagania określone w Załączniku Nr 7.1”

zastępuje się zapisem :

„Endoprotezy stawu kolanowego kłykciowe (z elementami cementowanymi bez ostrych krawędzi, zmniejszające ryzyko pęknięcia cementu, spełniające wymagania określone w Załączniku Nr 7.1”

W Załączniku Nr 7,1 do SIWZ dotyczącym wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia oferowanego w pakiecie Nr 8, w pkt 7 tego Załącznika dotychczasowy zapis w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu kolanowego”:

„Rzepka w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych”



zastępuje się zapisem :

„Element udowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązań krzyżowych”

Równocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert z 26.06.2014 godz. 10⁰⁰ na 04.07.2014 r. godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert z 26.06.2014 godz. 11⁰⁰ na 04.07.2014 godz. 11⁰⁰.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści SIWZ w punkcie III.11, V, X.1, XI.1.

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu poprawiony Załącznik Nr 1 i 7.1 do SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050