



Znak: AE/ZP-27-43/14

Tarnów, 2014-06- 26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy: endoprotez stawu kolanowego, implantów do rekonstrukcji łękotki i więzadeł krzyżowych, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy do przetargu mogą być dopuszczone protezy z wkładką ruchomą (mobilebearing)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy Pakiet Nr 8 można zaproponować bez ostrzy do piły oscylacyjnej?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy do przetargu może być dopuszczone instrumentarium bez piły i wiertarki?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8** endoprotezy stawu kolanowego protezy z wkładką ruchomą (mobilebearing).

Ad. 2 Zgodnie z zapisem w pkt III.4 SIWZ „Oferta nie zawierająca całości asortymentu w ramach pakietu będzie odrzucona w ramach tego pakietu” – dotyczy to również **Pakietu Nr 8**.

Ad. 3 Instrumentarium w **Pakiecie Nr 8** musi być zgodne z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 7.1 pkt 8.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a