



Znak: AE/ZP-27-48/14

Tarnów, 2014-06-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pakietu Nr 2 poz.: 1, 2, 3 i 4.** Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowanie staplerów jednorazowego użytku, tnąco-zamykających z nożem w ładunku i ładunków do tych staplerów w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,8 (do tkanki standardowej) i 4,5 mm (do tkanki grubej) spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie jednorazowego instrumentu do zakładania szwu kapciuchowego w ilości 3 szt.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** Czy Zamawiający dopuści ładunki tnąco-zamykające z nożem o długości szwu 90 mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 3,8 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** W związku z coraz szerszym stosowaniem badań przy pomocy rezonansu magnetycznego prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga aby zszywki we wszystkich oferowanych staplerach wykonane były z co najmniej 99% stopu tytanu.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** W związku z coraz szerszym zakresem stosowania rezonansu magnetycznego prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszyscy oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty potwierdzenie zgodności oferowanych implantów (jakimi są zszywki staplerów) z MRI i NMR dla statycznego pola magnetycznego do 3,0 Tesla.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający zezwoli na modyfikację na poniższy wariant:

L.p.	Nazwa towaru	Ilość
1	Stapler jednorazowego użytku, okrężny, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem i automatyczną kontrolą docisku tkanki. Średnica staplera 24/26/29/32 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4.5 - 5.0 mm, sterylny	61
2	Wielorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego, długość około 65 mm	2
3	Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości szwu 80 mm, wysokość zszywki 3.8 mm lub 4.8 mm. Stapler odpalany z obu stron, gumowane raczki, nóż w ładunku	36
4	Jednorazowy stapler liniowy z kolorowym indykátorem pozycji zamknięcia o długości szwu 45/60 mm, wysokość zszywki 4.8 mm	120

7. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane staplery odpalane były z obu stron, posiadały gumowane raczki, oraz brak pina na końcu staplera??
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. XIV SIWZ.** Czy terminy podane w umowie wyrażone są w dniach roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli w roboczych, to czy przez termin dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIX.9 SIWZ** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w pkt 9 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 6, 7, 8.** Prosimy o wyłączenie pozycji: 6, 7, 8 do osobnego Pakietu?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki, średnica staplera 24 mm, wysokość otwartej zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,8 mm, zszywki tytanowe po zamknięciu przyjmujące kształt perfekcyjnego „B”, sterylny?

12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki, średnica staplera 26 mm, wysokość otwartej zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, zszywki tytanowe po zamknięciu przyjmujące kształt perfekcyjnego „B”. Stapler okrężny, sterylny w zestawie ze staplerem skórnym, 35 zszywek plus urządzenie do zdejmowania zszywek.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki, średnica staplera 29 mm, wysokość otwartej zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, zszywki tytanowe po zamknięciu przyjmujące kształt perfekcyjnego „B”. Stapler okrężny, sterylny w zestawie ze staplerem skórnym, 35 zszywek plus urządzenie do zdejmowania zszywek.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki, średnica staplera 32 mm, wysokość otwartej zszywki przed zamknięciem 5,0 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,2 mm, zszywki tytanowe po zamknięciu przyjmujące kształt perfekcyjnego „B”. Stapler okrężny, sterylny w zestawie ze staplerem skórnym, 35 zszywek plus urządzenie do zdejmowania zszywek.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Prosimy o dopuszczenie: stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z nie łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją docisku tkanki, średnica staplera 34 mm, wysokość otwartej zszywki przed zamknięciem 5,0 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,2 mm, zszywki tytanowe po zamknięciu przyjmujące kształt perfekcyjnego „B”, stapler sterylny gotowy do użycia

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 3** staplerów jednorazowego użytku, tnąco-zamykających z nożem ładunku, oraz w **poz. 2 i 4** ładunków do tych staplerów w wymaganych SIWZ rozmiarach, o wysokościach zszywek przed zamknięciem 3,8 mm (do tkanki standardowej) i 4,5 mm (do tkanki grubej), pod warunkiem spełniania wszystkich pozostałych wymagań określonych w SIWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w poz. 1 – 4 tego Pakietu.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** instrumentu do zakładania szwu kapciuchowego w ilości 3 szt..

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** ładunków tnąco-zamykających z nożem o długości szwu 90 mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 3,8 mm

Ad. 4 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** Zamawiający określił w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Ad. 5 Zamawiający określił w SIWZ, załączenia do oferty jakich dokumentów żąda w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1** i nie wprowadza do SIWZ zaproponowanych przez Wykonawcę zmian.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację **Pakietu Nr 1** na wariant zaproponowany w pytaniu.

Ad. 7 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2** Zamawiający określił w SIWZ i Załączniku Nr 1 do niej i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Ad. 8 Terminy podane w umowie wyrażone są w dniach kalendarzowych, co wydaje się w sposób nie budzący wątpliwości określił Zamawiający w SIWZ

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie **poz.: 6, 7, 8 z Pakietu Nr 1** do osobnego Pakietu.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** staplera opisanego w pytaniu.

Ad. 12 Zamawiający nie musi dopuszczać w **Pakiecie nr 1 poz. 2** opisanego w pytaniu staplera ponieważ zgodnie z podanym w pytaniu opisem spełnia wymagania określone w SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający nie musi dopuszczać w **Pakiecie nr 1 poz. 3** opisanego w pytaniu staplera ponieważ zgodnie z podanym w pytaniu opisem spełnia wymagania określone w SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** staplera opisanego w pytaniu.

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** staplera opisanego w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

