



Znak: AE/ZP-27-50/14

Tarnów, 2014-06- 18

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający określi proporcję procentową lub ilości przewodników o długości 260 cm w ogólnej zamawianej ilości 1700 sztuk?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści końcówkę przewodnika o kształcie zakrzywionym (anglez)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 34.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z opaską do ucisku punktowego po nakłuciu tętnicy promieniowej o następujących parametrach: zestaw zapewniający wystarczający i płynnie regulowany ucisk tętnicy promieniowej w zakresie 100 do 250 mmHg (ucisk regulowany przy użyciu pokrętła ze wskaźnikiem stosowanego ciśnienia , elastyczny i komfortowy element uciskający tętnicę), zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy, część zestawu uciskająca tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia tętnicy, wyrób nie zawiera latexu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Ze względu na specyfikę świadczonych usług Zamawiający nie określi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** proporcji procentowej jak również ilości przewodników o długości 260 cm w ogólnej zamawianej ilości 1700 sztuk. Szpital nie jest w stanie określić ilu chorych w danym okresie zgłosi się do Szpitala, w diagnozowaniu których niezbędne będą przewodniki diagnostyczne o długości 260 cm

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** przewodnika z końcówką o kształcie zakrzywionym (anglez).

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 34** opisanego w pytaniu urządzenia do ucisku tętnicy promieniowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

