



Znak: AE/ZP-27-50/14

Tarnów, 2014-06-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający dopuści balony o parametrach: długość robocza 140 cm, dostępne długości 5 wymiarów w zakresie 5 do 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuści balony o parametrach: długość robocza 140 cm, brak dostępności wersji OTW, tylko wersja RX, pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający dopuści balony o parametrach: długość robocza 140 cm, dostępne długości, dostępne długości 5 wymiarów w zakresie 8 do 18 mm, pozostałe parametry bez zmian?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu przewodników diagnostycznych hydrofilnych z końcówką J i zagiętą?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmian cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych droga decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie.
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.8.b) SIWZ.** Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: b0 0,5% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką. Naliczanie kar umownych przeprowadzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.8 b) SIWZ.** Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20** cewnika balonowego angioplastycznego o długości roboczej 140 cm, natomiast dopuszcza cewniki o długości 5 wymiarów w zakresie 5 do 30 mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** cewnika balonowego angioplastycznego o długość roboczej 140 cm, natomiast nie wymagał wersji OTW.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22** cewnika balonowego angioplastycznego o długość roboczej 140 cm, natomiast dostępne długości 5 wymiarów w zakresie 8 do 18 mm spełniają wymagania SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** przewodników diagnostycznych hydrofilnych z końcówką J i zagiętą, pod warunkiem że zaoferowane zostaną przewodniki z końcówką „J” i przewodniki spełniać będą pozostałe wymagania SIWZ.



Ad. 1 - 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408
Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050