



Znak: AE/ZP-27-50/14

Tarnów, 2014-07-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka z manometrem posiadała pojedynczy system odblokowywania – „spust”? Pozostałe parametry bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 17.** Czy Zamawiający wymaga aby oferowane cewniki posiadały krzywizny extra back-up, amplatz, bypass grafis, multipurpose, 3DRight? Pozostałe parametry bez zmian.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 25.** Czy Zamawiający dopuści stenty kobaltowo-chromowe na cewniku balonowym w przedziale średnic od 2,25 mm do 4,0 mm z możliwością doprężania do średnicy 4,75 mm przy jednoczesnym zachowaniu jego właściwości strukturalnych i funkcjonalnych? Pozostałe parametry bez zmian?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie czy będzie wymagał balonów do kontrapulsacji 50cc dla pacjentów o wzroście poniżej 165 cm, przy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał balonów do kontrapulsacji kompatybilnych z introduktorami o rozmiarze maksymalnie 8Fr dla wszystkich wymaganych pojemności balonów, przy spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 17.** Czy Zamawiający dopuści cewniki prowadzące w dostępnych średnicach od 6 F do 9F?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika balonowego angioplastycznego uwalniającego paklitaksel o ciśnieniu nominalnym dla średnicy 3,0 mm – 10,13 bar? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 29.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentu wieńcowego na cewniku balonowym uwalniającego lek antyproliferacyjny z przyrostem średnicy przy RBP dla średnicy 3,0 – 0,55 mm? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 14.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych z cewnikiem zbrojonym z powłoką hydrofilną na długości 15 cm w części dystalnej o średnicy zewnętrznej cewnika 5,1F i średnicy wewnętrznej 0,045” oraz powierzchni ekstrakcyjnej dystalnej 0,95 mm² umożliwiającego przepływ podczas ekstrakcji powyżej 102 ml/min kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. Cewnik w zestawie z dwoma blokowanymi strzykawkami 30 ml, koszykiem na materiał ekstrakcyjny, drenem ciśnieniowym, zastawką zamykającą w zestawie do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych?
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „[...] w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce od wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej netto ich cena umowna brutto ulega podwyższeniu do wysokości obowiązującej ceny urzędowej?”
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.9) SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Naliczanie przez zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.17 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia

niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności”

13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XV.16 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie następującego zdania: „Nieuiszczenie przez zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 6** inflatory do angioplastyki spełniały wymagania określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający wymaga aby oferowane w **Pakiecie Nr 17** cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej spełniały wymagania określone w załączniku Nr 7 do SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 25** stentu wieńcowego na cewniku balonowym kobaltowo-chromowego w przedziale średnic od 2,25 mm do 4,0 mm z możliwością doprężania do średnicy 4,75 mm. Zamawiający wymaga stentów o średnicach określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający w **Pakiecie Nr 9** będzie wymagał balonów do kontrapulsacji spełniających wymagania określone w Załączniku Nr 7 SIWZ, i nie widzi potrzeby doprecyzowywania czegokolwiek w tym zakresie.

Ad. 5 Zamawiający w **Pakiecie Nr 9** będzie wymagał balonów do kontrapulsacji spełniających wymagania określone w Załączniku Nr 7 SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17** cewników prowadzących o średnicach od 6 F do 9F. Zamawiający wymaga cewników prowadzących o średnicach co najmniej: 5F, 6F, 7F, 8F, co określił w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowane w **Pakiecie Nr 23** również cewnika balonowego angioplastycznego uwalniającego paklitaksel o ciśnieniu nominalnym dla średnicy 3,0 mm – 10,13 bar, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SIWZ i Załączniku Nr 7 do niej.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 29** stentu wieńcowego na cewniku balonowym uwalniającego lek antyproliferacyjny z przyrostem średnicy przy RBP dla średnicy 3,0 – 0,55 mm.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17** opisanego w pytaniu zestawu do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych, oferowany cewnik winien spełniać wymagania określone w załączniku Nr 7 do SIWZ.

Ad. 10 - 13 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050