



Znak: AE/ZP-27-55/14

Tarnów, 2014-07- 15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: fartuchów, ubrań i obuwia operacyjnego wielokrotnego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Jako dystrybutor obuwia medycznego informujemy, iż obecnie na rynku europejskim nie ma obuwia medycznego przeznaczonego na salę operacyjną z wkładką wymienną stałą. Jest tylko obuwie z wkładką masującą wymienną. Czy Zamawiający dopuści obuwie medyczne bez masującej wkładki masującej?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne wykonane w polu niekrytycznym z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej 55% bawełny, 45% poliestru o gramaturze 118 g/m², zgodnej z norma PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząsteczek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych, posiadające gwarancję barierowości na 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji w polu krytycznym? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań chirurgicznych wykonanych z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie 55% bawełna, 45% poliestru o gramaturze 118 g/m² zgodnych z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga aby ubrania chirurgiczne posiadały przepuszczalność powietrza na poziomie co najmniej 55 cm³/cm²*s, co będzie potwierdzone w karcie technicznej tkaniny?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wymagał jak sugeruje Wykonawca obuwia na salę operacyjną z wkładką wymienną stałą, ale zgodnie z zapisem w pkt 2 Załącznika 6 obuwia „z wkładką masującą”, bez określania czy ma to być wkładka wyjmowana czy stała. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w tym zakresie i wymaga butów z wkładką masującą.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 opisanych w pytaniu fartuchów chirurgicznych.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 opisanych w pytaniu ubrań operacyjnych.

Ad. 4 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 1 poz. 2 ubrań operacyjnych spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i Załącznikach Nr 1 i 6 do niej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

