



.....

Znak: AE/ZP-27-56/14

Tarnów, 2014-07- 17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM oraz materiałów do badań mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 sztuk
2. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 sztuk
3. **Dotyczy Pakiety Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści pasek barwny dla Rota i Adeno w kolorze różowym? Pola testowe dla Rota i Adenowirusów są w oddzielnych i opisanych „okienkach”.
4. **Dotyczy Pakiety Nr 13 poz. 2 i 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych, w których na pasku nie będą obecne prążki cut-off próby słabo dodatniej oraz prążki kontrolne dla koniugatu? Pasek testowy zawiera pasek kontrolny świadczący o poprawności wykonania badania, a dla każdej klasy przeciwciał dostępny jest osobny zestaw do oceny przeciwciał w klasie IgG i IgM
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną (e-mail) lub pisemną?
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w ostatnim zdaniu zapisu: Dostawa skanera do odczytu testów paskowych Western-Blot wraz z pierwszą dostawą testów – dotyczy Pakietu Nr 13.
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: „Powyższe nie jest zmianą umowną i nie wymaga od stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń”?
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 a SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej w następujący sposób: „0,5% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”?
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 a SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10%?
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.16 SIWZ.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców, a Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie pomiędzy ceną zakupu a ceną wynikającą z umowy?
12. **Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu w opakowaniu zawierającym 50 oznaczeń.
13. **Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego w rejonie kontroli aktywności testu przeciwciała poliklonalne oraz w regionie testowym przeciwciała poliklonalne?



14. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego pasek barwny zarówno dla Rota i Adenowirusów w kolorze czerwonym oraz odpowiednie oznaczeni literowe A, R i C na kasetce testowej umożliwiające prawidłowy odczyt testu?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości dla Rota – 96,5%, dla Adeno- 95%?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o swoistości dla Rota – 98,4%, dla Adeno – 98,3%?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu przechowywanego w temperaturze 2 – 30⁰C?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z 8 miesięcznym terminem ważności?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kasetkowego testu immunochromatograficznego?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który umożliwia odczyt wyniku po 10 minutach
21. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z 8 miesięcznym terminem ważności?
22. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 7 dni na 7 dni roboczych?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy, z uwagi na to, że zestaw testowy RPR i odczynniki kontrolne stanowią dwie niezależne pozycje w ofercie (o odrębnych nr katalogowych) oraz z uwagi na to, że 1 opakowanie kontroli pokrywa zapotrzebowanie kilku opakowań zestawów, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zestawu testowego i odczynników kontrolnych jako dwie oddzielne pozycje?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** testów w opakowaniach po 100 szt, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** testów w opakowaniach po 100 szt.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** opisanych w pytaniu testów dla Rota i Adenowirusów w opakowaniach po 100 szt.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 2 i 3** zestawów testowych, w których na pasku nie będą obecne prążki cut-off próby słabo dodatniej oraz prążki kontrolne dla koniugatu, pasek testowy zawiera pasek kontrolny świadczący o poprawności wykonania badania, a dla każdej klasy przeciwciał dostępny jest osobny zestaw do oceny przeciwciał w klasie IgG i IgM, pod warunkiem, że testy będą mogły być odczytywane zarówno automatycznie jak i wizualnie, tzn. będą zawierały wystarczającą informację do oceny prążków w stosunku do próby słabo dodatniej, a ponadto będą spełniły pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza składanie zamówień również formą elektroniczną (e-mail), pod warunkiem ich potwierdzania przez Wykonawcę, nie odstępuje natomiast od pozostałych form składania zamówień – określonych w pkt XV.1 SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w pkt XIV.1 SIWZ w ostatnim zdaniu zapisu: Dostawa skanera do odczytu testów paskowych Western-Blot wraz z pierwszą dostawą testów – dotyczy Pakietu Nr 13 ponieważ zapis taki już jest (Dostawa skanera do odczytu testów paskowych Western-Blot wraz z pierwszą dostawą testów.) i Zamawiający nie widzi sensu dwukrotnego zapisu tej samej treści i to w jednym punkcie umowy.

Ad. 7 - 10 i 22 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksy cywilnego. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość wzrostu stawki podatku VAT. W przypadku wystąpienia takiej zmiany warunki, na jakich



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnobrzeg ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050

zmiana ta będzie dokonana – Zamawiający uzgodni z Wykonawcą związanym z Zamawiającym umową po przeprowadzonym przetargu.

Ad. 11 W przypadku zakupu, o którym mowa w pkt XIV.16 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy ceną zakupu od innego Wykonawcy, a ceną ofertową.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** testów w opakowaniach po 50 szt. pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** opisanych w pytaniu testów.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** opisanych w pytaniach testów

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** testów o czułości dla Rota – 96,5%, dla Adeno- 95%.

Ad. 16 Zamawiający nie musi dopuszczać do zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** testów o swoistości dla Rota – 98,4%, dla Adeno – 98,3% ponieważ spełniają w tym zakresie wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza do zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** testów, które mogą być przechowywane w temperaturze 2 – 30°C

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** testów z 8 miesięcznym terminem ważności.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza do zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** kasetkowych testów immunochromatograficznych pod warunkiem, że są to szybkie testy i spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza do zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** testu, który umożliwia odczyt wyniku po 10 minutach, pod warunkiem, że odczytu można dokonać faktycznie z chwilą kiedy upływa 10 minut a nie np. 11 i spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** testów z 8 miesięcznym terminem ważności.

Ad. 23 W sytuacji gdy oferowane w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** zestawy testowy RPR i odczynniki kontrolne stanowią dwie niezależne pozycje w ofercie (o odrębnych nr katalogowych) Zamawiający dopuszcza wycenę zestawu testowego i odczynników kontrolnych jako dwie oddzielne pozycje.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



FS 512050