



Znak: AE/ZP-27-56/14

Tarnów, 2014-07- 18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM oraz materiałów do badań mikrobiologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakiety Nr 12 poz. 1.** Czy przez zapis „szybki test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygeny dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyn A i B” Zamawiający rozumie test w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników na GDH jak i toksyny A i B, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozjuje do jednej studzienki?
2. **Dotyczy Pakiety Nr 12 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga testu immunoenzymatycznego kasetkowego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający określił że oczekuje w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** testów do jednoczesnego wykrywania antygeny dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału, a nie w postaci jednego testu, a tym samym wydaje się w sposób oczywisty, że oferowane test mogą być w postaci jednej jak i dwóch kasetek

Ad. 2 Skoro w SIWZ Zamawiający nie zapisał, że wymaga w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** testu immunoenzymatycznego kasetkowego to znaczy że go nie wymaga – wymaga szybkiego testu kasetkowego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

