

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakietach Nr 10 - 13**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10 pozycja 1 -17		
1.	W pozycji nr 1 – mikrobank – fiolki do głębokiego zamrażania szczepów bakteryjnych, system z kulkami ceramicznymi, możliwość przechowywania szczepów w zakresie temperatury od -20 st C do – 70 st C. Wielkość opakowania – min. 64 fiolki.	
2.	W pozycjach: 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16 – szczepy bakteryjne, wzorcowe do kontroli jakości o stałych, nie zmieniających się i powtarzalnych cechach minimum z 2 pasażu, w pozostałych pozycjach minimum z 4 pasażu	
3.	Do każdego szczepu dołączony certyfikat kontroli jakości zawierający zakresy referencyjne dla poszczególnych antybiotyków.	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
6.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP , które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 10 poz. 18		
1.	Zestaw kompletny, woreczki z saszetkami do hodowli bakterii w warunkach mikroaerofilnych z niską zawartością CO2 (5%O2,10%CO2,85%N2), oraz zaciski do woreczków	
2.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
3.	Z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
4.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 11		
1.	Zestaw kompletny ,z płytkami reakcyjnymi i kontrolami dodatnimi i ujemnymi, zapewniający wykonanie badania	
2.	W opakowaniach nie większych niż 500 testów	
3.	Minimalna data ważności - 12 miesiące od daty dostawy	
4.	Wraz z każdą dostawą instrukcja użycia (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
5.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 12		
1.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią	
2.	Koniugat - przeciwciała przeciwko toksynom A/B oraz GDH	
3.	Wykrywalność toksyny A - min. 0,7ng/ml, wykrywalność toksyny B - min. 0,2 ng/ml, wykrywalność GDH - min. 0,8 ng/ml	
4.	Test z możliwością przechowywania próbki, bez konieczności zamrażania, do 72 h	
5.	Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy	
6.	Konfekcjonowanie - do 25 testów w opakowaniu	
7.	Wraz z każdą dostawą instrukcja użycia (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia	
8.	Dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13		
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 1		
1.	Skaner do odczytu testów paskowych Western-Blot	
2.	W cenie dzierżawy program komputerowy, polska wersja językowa	
3.	Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego	
4.	Pomiar oraz ocena intensywności wybarwionych pasm antygenowych	
5.	Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian	
6.	Automatyczne admininistrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz wynikami	
7.	Archiwizacja wyników z zachowaniem obrazu paska	
8.	W cenie dzierżawy przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego personelu Zamawiającego z zakresu obsługi programu komputerowego	
9.	Dopuszczony do obrotu na terenie RP	
10.	Naprawa i serwis skanera ujęty w cenie dzierżawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 13 poz. 2 - 3		
1.	Paski antygenowe do potwierdzania zakażenia <i>Borrelia burgdorferi</i> metodą Western-Blot	
2.	Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia	
3.	Materiały kontrolne naniesione na pasek testowy (bez konieczności zużywania dodatkowych pasków na kontrolę	
4.	Na pasku obecne: pasek kontrolny świadczący o poprawności wykonania badania, prążek cut off - próby słabododatniej oraz prążki kontrolne dla koniugatu (osobno IgG i IgM)	
5.	Termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy	
6.	Wraz z dostawą instrukcja użycia w języku polskim	
7.	Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie	
8.	Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim lub odczyt wizualny	
9.	Zapewnienie wliczonej w cenę oferty konsultacji badań w laboratorium referencyjnym (możliwość wykonania inkubacji porównawczej.	
10.	Wraz z każdą dostawą instrukcja użycia (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia	
11.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty