



AE/ZP-27-61/14

Tarnów, 2014-08-18

**Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-61/14**

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na **dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **Centrum Diabetologii Sp. z o.o.**, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, woj. mazowieckie (dalej Wykonawca).  
W Załączniku Nr 6 pkt 10 Zamawiający określił wymóg „Powtarzalność w serii oznaczeń - średni błąd nie większy niż 2%”, natomiast Wykonawca w kolumnie „Wpisać oferowane parametry” wpisał „tak, 1,75%”, co nie znajdowało potwierdzenia w załączonych materiałach informacyjnych (str. 14 – 15 oferty). W tabeli dotyczącej powtarzalności wyników przy poszczególnych poziomach stężenia glukozy wielkość waha się od 2,2% do 4,9%CV. Poproszony o wyjaśnienie rozbieżności Wykonawca udzielił odpowiedzi, że podany w Załączniku parametr oparty jest na wynikach uzyskanych w trakcie własnych badań przeprowadzonych przez Wykonawcę. Zamawiający prosił również o wyjaśnienie parametru podanego w pkt 11 Załącznika Nr 6, tj. wymóg - średni błąd nie większy niż 2%” natomiast Wykonawca zapisał „Tak, 1,58%” wyjaśniając, że jest to wynik uzyskany w badaniu przeprowadzonym przez Wykonawcę. Zgodnie z udzielonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami, wyniki pomiarów powtarzalności w serii oraz wyniki pomiarów odtwarzalności dzień po dniu Wykonawca uzyskał stosując własny protokół badań różniący się od protokołu badań przeprowadzonych przez Producenta. Wyniki te są rozbieżne z wynikami wskazanymi w materiałach informacyjnych producenta załączonymi do oferty. W związku z powyższym oferta została odrzucona.
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.**, ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie (dalej Wykonawca). W Załączniku Nr 6 pkt 10 Zamawiający określił wymóg „Powtarzalność w serii oznaczeń - średni błąd nie większy niż 2%”, natomiast Wykonawca wyjaśnił na prośbę Zamawiającego, że dla oferowanego glukometru parametr tej jest nie większy niż 3,0% do 3,6%. Podobnie w Załączniku Nr 6 pkt 11 Zamawiający określił wymóg „Odtwarzalność dzień po dniu - średni błąd nie większy niż 2%” Zamawiający określił wymóg „Odtwarzalność dzień po dniu - średni błąd nie większy niż 2%”, natomiast Wykonawca wyjaśnił na prośbę Zamawiającego, że dla oferowanego glukometru parametr tej jest nie większy niż 3,0% do 3,6%. W związku z powyższym oferta została odrzucona
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **NUCEA S.A.**, ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, woj. kujawsko pomorskie (dalej Wykonawca). W Załączniku Nr 6 pkt 6 Zamawiający określił wymóg „Możliwość przeprowadzenia oznaczenia z próbki: krwi włosniczkowej, żyłnej, tętniczej oraz krwi pobranej od noworodka”, natomiast zgodnie z załączonymi do oferty materiałami informacyjnymi producenta zaoferowanym glukometrem można wykonać badania z krwi żyłnej, krwi włosniczkowej i krwi pobranej od noworodka, co Wykonawca potwierdził również w wyjaśnieniach do treści oferty. W Załączniku Nr 6 pkt 10 Zamawiający określił wymóg „Powtarzalność w serii oznaczeń - średni błąd nie większy niż 2%”, natomiast Wykonawca wyjaśnił na prośbę Zamawiającego, że dla oferowanego glukometru parametr wynosi <5%. Podobnie w Załączniku Nr 6 pkt 11 Zamawiający określił wymóg „Odtwarzalność dzień po dniu - średni błąd nie większy niż 2%”, natomiast Wykonawca wyjaśniając na prośbę

Zamawiającego ten parametr, w pkt 11 powtórzył zapis z pkt 10. W związku z powyższym oferta została odrzucona

#### **Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP-27-61/14**

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na **dzierżawę glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej** dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione.

#### Podstawa prawna unieważnienia

- art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

#### Uzasadnienie faktyczne

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 31 lipca 2014 r. godz. 10<sup>00</sup> wpłynęły trzy oferty, które zostały odrzucone.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego
4. a/a

