



.....

Znak: AE/ZP-27-63/14

Tarnów, 2014-07- 30

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10-13.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu szkiełek mikroskopowych, pozycje: 10, 11, 12, 13.
2. **Dotyczy Pakiety Nr 3 poz. 1-5.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycjach: 1, 2, 3, 4, 5 kasetek histopatologicznych z 80 otworami w obu częściach kasetek, wymiary otworów 1,8 x 1,8 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
3. **Dotyczy Pakiety Nr 3 poz. 6.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 kasetek biopsyjnych z 168 otworami w obu częściach kasetek, wymiary otworów 0,8 x 0,8 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
4. **Dotyczy Pakiety Nr 4 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycję 1 utrwalacz cytologiczny.
5. **Dotyczy Pakiety Nr 9 poz. 6 i 7.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 i 7 teczek kartonowych wzmocnianych skajem koloru białego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
6. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie iż Wykonawca musi posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP. Jeśli pod ww. stwierdzeniem kryje się informacja, iż każdy zaoferowany wyrób musi posiadać Deklarację zgodności CE lub certyfikat zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U. z 2010 Nr 107, poz. 679), to prosimy o dopisanie w pkt 1.2.1 SIWZ stwierdzenia, jeśli dotyczy”, a w oświadczeniu (Załącznik Nr 1) o pozwolenie wymienienia których pakietów i pozycji dotyczy oświadczenie, ponieważ nie wszystkie wyroby w stworzonych Pakietach podlegają ustawie o wyrobach medycznych, tym samym nie posiadają deklaracji zgodności czy certyfikatu CE.
7. **Dotyczy Pakiety Nr 1 poz. 10-13.** Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 1 poz. 10-13 i utworzy z nich odrębny pakiet.
8. **Dotyczy Pakiety Nr 4 poz. 1.** Czy zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 4 poz. 1 i utworzy z niej odrębny pakiet.
9. Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii- jeżeli Wykonawca musiałby zaoferować niepełne opakowanie handlowe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niepełnego opakowania np. 12,5 op? Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wymaga, aby ilość opakowań w opisanym wyżej przypadku zaokrąglić „w górę” do pełnego opakowania handlowego, co jednak powoduje zawyżenie wartości oferty
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ogólnych warunków umowy zapisu, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z „7 dni” do „7 dni roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia częściowego?
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisu słowa „telefonicznie”.
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 i 19 SIWZ.** W związku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy?



14. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 i 19 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?
15. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 a) i b) SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kar umownych z „0,5%” na „0,1%”?
16. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 b) SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „wartości zamówionej partii towaru” na „wartości wadliwej części zamówionej partii towaru”?
17. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wymiany towaru na towar pozbawiony wad na: „w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia (dla reklamacji ilościowych) oraz 7 dni roboczych od daty dostarczenia próbek reklamowanego towaru (dla reklamacji jakościowych”.
18. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
19. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.14 i 15 SIWZ.** Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości doprecyzowania ww. zapisów: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?
20. **Dotyczy Pakiety Nr 1 poz. 5.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolby o pojemności 200 ml, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?
21. **Dotyczy Pakiety Nr 1 poz. 5 i 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla kolb i osobno dla korków?
22. **Dotyczy Pakiety Nr 1 poz. 10-13.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10-13, tak aby stanowiły odrębny pakiet?
23. **Dotyczy Pakiety Nr 1 poz. 27-29.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cylindrów ze szklaną stopką, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
24. **Dotyczy Pakiety Nr 1 poz. 32-33.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 32-33, tak aby stanowiły odrębny pakiet?
25. **Dotyczy Pakiety Nr 1 poz. 34.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek szklanych o średnicy 6 mm i długości 150 mm?
26. **Dotyczy Pakiety Nr 1 poz. 34.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek szklanych o średnicy 8 mm i długości 250 mm?
27. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 2.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek plastikowych z wacikiem bawełnianym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek plastikowych z wacikiem wiskozowym w próbówce transportowej, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
28. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 8.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 do oddzielnego pakietu?
29. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 13.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie statywów do oferowanej mikrometody (pozycja 12) na 10 próbek?

30. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 15.** Prosimy o wyjaśnienie, z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym?
31. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 19 i 20.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami „typu Medlance”? Nakłuwacz z bocznym przyciskiem zwalniającym igłę jest równie bezpieczny dla użytkownika i pacjenta jak nakłuwacz „typ Medlance”, a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu. Dodatkową zaletą bocznego umieszczenia przycisku jest zniwelowanie siły nacisku osoby pobierającej krew, dzięki czemu penetracja skóry jest szybka, ale zarazem delikatna i co za tym idzie, zdecydowanie mniej bolesna dla pacjenta. W nakłuwaczach tego typu rzeczywista głębokość wkłucia jest jednoznaczna z głębokością gwarantowaną przez producenta dla danego typu nakłuwacza, ale jednocześnie mniejsza niż przy nakłuwaczach z naciskiem górnym (nakłuwacz w kształcie grzybka), gdzie zależy ona w dużej mierze od siły przyłożenia nakłuwacza przez osobę pobierającą oraz sam moment nacisku z góry, przy zwalnianiu igły. Zatem dopuszczenie nakłuwaczy z bocznym przyciskiem jest dla Zamawiającego korzystne, bowiem doprowadzi do złożenia ofert na produkt o nowoczesnej konstrukcji.
32. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 24-28.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki naklejonej na probówkę, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?
33. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 26.** Prosimy o sprecyzowanie ilu sztuk poszczególnych probówek opisanych w pozycji 26 wymaga Zamawiający do zaoferowania oraz czy wyrazi zgodę na ich osobną wycenę w pozycjach 26a i 26b
34. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 26.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych w pozycji 26 probówek zamiennie czyli na „1,0 lub 1,5-2,0 ml krwi”
35. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 26.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o pojemności 1,5- 2,0, których wysokość wynosi 7,5 cm.
36. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 32.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu na 40 próbek, 4-rzędowego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
37. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 33.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie statywu na 20 probówek o średnicy 12mm, 2-rzędowego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
38. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 33.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie statywu na 50 probówek, 5-rzędowego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
39. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 31-35.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 31-35, tak aby stanowiły odrębny pakiet?
40. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 38.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek typu Falcon o wymiarach 115x30 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
41. **Dotyczy Pakiety Nr 2 poz. 39.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 39 do odrębnego pakietu?
42. **Dotyczy Pakiety Nr 4 poz. 2 i 3.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt ze specjalnym rowkiem usztywniającym, dzięki któremu nie jest konieczne stosowanie pojemników opisanych w pozycji 3, a tym samym odstąpi od wymogu oferowania ww. pojemników?
43. **Dotyczy Pakiety Nr 5 poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety automatycznej zmiennopojemnościowej 0,5-10µl? Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu?

44. Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1, 7, 22 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 poz. 10 – 13**.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1 - 5** kasetek histopatologicznych z 80 otworami w obu częściach kasetek, wymiary otworów 1,8 x 1,8 mm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 6** kasetek biopsyjnych z 168 otworami w obu częściach kasetek, wymiary otworów 0,8 x 0,8 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 4 poz. 1** do odrębnego pakietu.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 6 - 7** teczek kartonowych wzmacnianych skajem koloru białego.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez Wykonawcę zmian w zapisach SIWZ, a ponadto nie może precyzyjnie określić wymogu, o którym mowa w pytaniu ponieważ w zależności od producenta lub podmiotu wprowadzającego wyrób na rynek dany wyrób jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny lub nie. To Wykonawca oferując dany towar winien posiadać wiedzę jakich dokumentów wymaga wprowadzenie go do obrotu i używania.

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 4 poz. 1** do odrębnego pakietu.

Ad 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niepełnych opakowań tylko w sytuacji gdy Wykonawca sprzedaje niepełne opakowanie. W przypadku gdy opakowania są niepodzielne należy zaoferować pełne opakowanie zaokrąglając ich ilość w górę.

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do ogólnych warunków umowy.

Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę terminu dostawy.

Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z możliwości telefonicznego złożenia zamówienia.

Ad 13 Zamawiający przewidział w umowie zarówno zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych.

Ad 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ogólnych warunków umowy zaproponowanego przez Wykonawcę zapisu.

Ad 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w ogólnych warunkach umowy zapisów dotyczących kar umownych.

Ad 16 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy w pkt 8 b), zaproponowanego przez Wykonawcę zapisu.

Ad 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w pkt 8 ogólnych warunków umowy na brzmienie zaproponowaną przez Wykonawcę. Wykonawca ma swoje procedury, a Zamawiający swoje – wydłużanie terminów, o których mówi Wykonawca nie jest możliwe ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego.

Ad 18 Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów pkt 9 ogólnych warunków umowy.

Ad 19 Zamawiający nie wyraża zgodny na dodanie zapisów pkt 14 i 15 ogólnych warunków umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Ad 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** kolby o pojemności 200 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 21 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 1 poz. 5 i 6** wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla kolb i osobno dla korków.

Ad 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 27-29** cylindrów ze szklaną stopką, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 24 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 poz. 32-33** do odrębnego pakietu.

Ad 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 34** bagietek szklanych o średnicy 6 mm i długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.



Ad 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 34** bagietek szklanych o średnicy 8 mm i długości 250 mm

Ad 27 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** bagietek plastikowych z wacikiem bawełnianym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Ad 28 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 pozycji 8** do oddzielnego pakietu.

Ad 29 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 13 statywów do oferowanej mikrometody (pozycja 12) na 10 próbek pod warunkiem, zaferowania 4 szt. statywów.

Ad 30 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 15 pojemników na moc z wieczkiem w dowolnym kolorze.

Ad 31 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 2 po. 19 i 20** opisanych w pytaniu nakłuwaczy pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad 32 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaferowania w **Pakiecie nr 2 poz. 24-28** próbek z polem do opisu w formie nadruku, jak również z nalepką naklejoną na próbkę.

Ad 33 Ze względu na specyfikę działalności Zamawiający nie jest w stanie określić ile sztuk poszczególnych próbek opisanych w **pozycji 26 Pakietu Nr 2** będzie wymagał stąd nie wyraża zgody na ich osobną wycenę.

Ad 34 Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 2 poz. 26 zaferowanie próbek zamiennie czyli na „1,0 lub 1,5-2,0 ml krwi, wymaga próbek zarówno o pojemności 1,0 ml jak i 1,5-2,0 mnl.

Ad 35 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 26 próbek o pojemności 1,5-2,0 ml, których wysokość wynosi 7,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi Ad 34..

Ad 36 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 32** statywu na 40 próbek, 4-rzędowego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Ad 37 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 33** statywu na 20 próbek, o średnicy 12 mm, 2-rzędowego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ pod warunkiem zaferowania 30 statywów.

Ad 38 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 33** statywu na 50 próbek, 5-rzędowego.

Ad 39 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 poz. 31-35** do odrębnego pakietu.

Ad 40 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 38** próbek typu Falcon o wymiarach 115x30 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Ad 41 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 2 poz. 39** do odrębnego pakietu.

Ad 42 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 płyt ze specjalnym rowkiem usztywniającym, dzięki któremu nie jest konieczne stosowanie pojemników opisanych w pozycji 3, a tym samym odstąpi od wymogu oferowania ww. pojemników.

Ad 43 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** pipety automatycznej zmiennopojemnościowej 0,5-10µl.

Ad 44 Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

