



.....

**Znak: AE/ZP-27-65/14**

Tarnów, 2014-08- 22

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, zestawów systemowych, wkłuc centralnych, portów naczyniowych, igieł specjalistycznych).**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1** - Czy Zamawiający w pakiecie 29 poz. 1 dopuszcza worek ileostomijny, przeźroczysty, zamykany na rzep, z płytką hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 10-76 mm, worek ileostomijny, przeźroczysty, zamykany na rzep, z płytką hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 12-75 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 2** - Czy Zamawiający w pakiecie 29 dopuszcza: poz. 2 płytkę hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 60/10-55 mm oraz w poz. 2 płytkę hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 70/10-65 mm?
3. **Zwracamy się z prośbą do zamawiającego** o dopuszczenie wysyłania faktur osobno nie wraz z towarem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin, faktura zamiast wersji papierowej będzie wysłana w formie skanu na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?
4. Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 1** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 110 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł wykonanych z opatentowanego stopu metali, których umożliwia widoczność igły na całej jej długości, podczas wykonywania USG?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 1-2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 110cm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 1-4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł z możliwością regulacji w zakresie: 5mm-10mm-20mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 18** – Czy Zamawiający wymaga introduktorów 6-8F o długości 11, 16 i 23 cm z igłą 18G i przewodnikiem 0,035 lub 0,038 o dł. 45 i 80cm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 19** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 i 7 z pakietu i utworzenie z nich odrębnego pakietu np. 19a?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 4 i 5** – Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 wymaga igieł typu Quincke z przewodnicą, czy bez?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 6 z pakietu i utworzenie z niej odrębnego pakietu np. 37a?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 21-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Loc osłoniętej komorą otwieraną

i zamykaną jednoręcznie w formie zatraskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

14. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Biorąc pod uwagę zapisy w punkcie:
- 8 podpunkt b. Zamawiający określił karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto zamówionej partii towaru w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu.
15. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.1 SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy punktu 1 umowy o zwrot „Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy apteki dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6 oraz Pakietu Nr 4 poz. 1 -5** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach 1 – 6 oraz w pakiecie 4 pozycje 1 – 5 w celu prawidłowej identyfikacji RTG kaniul wymaga minimum czterech pasków radiocieniujących wtopionych w kaniulę?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6 oraz Pakietu Nr 4 poz. 1 -5** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach 1 – 6 oraz w punkcie 4 pozycje 1 – 5 celem identyfikacji wytwórcy kaniuli wymaga kaniul z nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula jest wykonana umieszczoną bezpośrednio na kaniuli?  
Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych z dn. 12.01.2011r. (Dz. U. nr 16 poz. 74 str. 1221) stwierdza, że w pkt 13.1 zapisano: „do każdego wyrobu medycznego należy dołączyć informacje do jego bezpiecznego i właściwego użytkowania... oraz informacje konieczną do identyfikacji wytwórcy.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 oraz Pakietu Nr 4** –Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 oraz nr 4 kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 1 wymaga zastawki bezigłowej posiadającej system zapobiegający cofaniu się krwi do kaniuli w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub aparatu i tym samym tworzenia się skrzepów oraz ryzyka zatorowości?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z:
- a) Cewnika dwuświatłowego o długości 20m i średnicy 8F. Cewnik jest widoczny w promieniach Rtg składa się z trzech przezroczystych drenów z zaciskami, posiada kolorowe oznaczenie zakończeń i skrzydełka mocujące. Na cewniku są znaczniki głębokości (podziałka centymetrowa co 1 cm)
  - b) Prowadnicy z elastyczną końcówką J o długości 60cm i średnicy 0,35 cali
  - c) Strzykawki 6ml i igły
  - d) Skalpeła do nacięcia skóry
  - e) Rozszerzadła
  - f) Bezigłowych nasadek iniekcyjnych
21. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, trzyświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z:
- a) Cewnika trzyświatłowego o długości 20m i średnicy 7F. Cewnik jest widoczny w promieniach Rtg składa się z trzech przezroczystych drenów z zaciskami, posiada

- kolorowe oznaczenie zakończeń i skrzydełka mocujące. Na cewniku są znaczniki głębokości (podziałka centymetrowa co 1 cm)
- b) Prowadnicy z elastyczną końcówką J o długości 60cm i średnicy 0,35 cali
  - c) Strzykawki 6ml i igły
  - d) Skalpela do nacięcia skóry
  - e) Rozszerzadła
  - f) Bezigłowych nasadek iniekcyjnych
22. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy do HEMODIALIZY przez żyłę podobojczykową jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z:
- a) Cewnika dwuświatłowego 12F o długości 20cm z miękkim końcem, wykonanego ze sztywnego poliuretanu (nie ulegający zaciśnięciu pod wpływem podciśnienia); cewnik widoczny w promieniach Rtg;
  - b) Strzykawki i igły
  - c) Metalowej prowadnicy z końcówką J (w osłonie)
  - d) Rozszerzadła (dilatatora tkanek) dopasowanego do rozmiaru cewnika i prowadnicy.
23. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli o przepływie 17ml/min?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 2** – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 3** – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli o przepływie 23ml/min?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-3** - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 1-3 kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1, 2, 3, 4, 5** – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 1 kaniuli z przepływem 36ml/min; w poz. 2 kaniuli z przepływem 65ml/min; w poz. 3 kaniuli z przepływem 95ml/min; w poz. 4 kaniuli z przepływem 142ml/min; w poz. 5 kaniuli z przepływem 200ml/min?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 4** – Czy Zamawiający wymaga żeby zaoferowane w pakiecie 4 kaniule pochodziły od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 1 i 2 wyroby pochodziły od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający wymaga żeby zaoferowane w pakiecie 7 igły pochodziły od jednego producenta?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 7** – Czy Zamawiający wymaga aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?

36. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 6 i 7** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 6 i 7 igieł w rozmiarach 1,1 i 1,2 z ostrzem krótko i długościętym?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 8** – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w pakiecie 8 igły pochodziły od jednego producenta?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 9** – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w pakiecie 9 igły były sterylne (wysterylizowane tlenkiem etylenu)?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 9** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3-6** – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 3 – 6 strzykawek z mlecznym tłokiem, w poz. 3 z rozszerzeniem do 2,5ml, w poz. 4 z rozszerzeniem do 6ml, w poz. 5 z rozszerzeniem do 11 ml?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1-7** – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 1-7 strzykawki pochodziły od jednego producenta, w celu łatwiejszej identyfikacji?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1** – Czy przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego powinien być wyposażony w zastawkę zapobiegającą przelewaniu się płynu z butelki po odłączeniu strzykawki?
43. **Dotyczy Formularza Ofertowego** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza Ofertowego i usunięcie zbędnych zapisów na pakiety, na które Wykonawca startował w przetargu nie będzie?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1, 2** – Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetoczeń z drenem długości 150cm, reszta parametrów asortymentu z godnie z wymogami.
45. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,1µm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godziny?
46. **Dotyczy Formularza Ofertowego pkt II.1** - Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „Ceny netto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub zmian cen urzędowych zmiana obowiązuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego”.
47. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV. 1** – Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez wydłużenie terminu dostaw na cito do 2 dni roboczych.
48. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV. 2** - Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez określenie terminu dostarczenia dokumentów do 5 dni roboczych.
49. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV. 14** - Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy w ciągu 3 dni ponad termin umowy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców, a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę związanego z Zamawiającym niniejszą umową”.
50. **Dotyczy Pakietu Nr 36** – Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 36, dopuści złożenie oferty z portami wykonanymi w pełni z tytanu, z cewnikami silikonowymi o średnicy 1,6mm x 2,8mm, dostarczającymi z zestawem akcesoriów o następującym składzie:
- 2 łączniki typu klik – konektor
  - 1 igła do przepłukiwania
  - prosta igła Hubera (22G, 25mm)
  - zakrzywiona igła Hubera drenem (22, 25mm)

- 1 igła do podnoszenia naczynia
  - 1 Strzykawka 10ml
  - Zestaw wprowadzający (koszulka rozrywalna z dilatorem, prowadnik 700mm z końcówką J, igła punkcyjna)
  - Tunelizator tępo zakończony, w osobnym sterylnym opakowaniu
  - Kart identyfikacyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz dzienniczek dla pacjenta
51. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji mostka w rozmiarze 16G x 50mm?
  52. **Dotyczy Pakietu Nr 32** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie czy igła służąca do lokalizacji zmian palpacyjnie niebadalnych powinna być repozycyjna czy nierepozycyjna?
  53. **Dotyczy Pakietu Nr 32** – Czy Zamawiający dopuści igły służące do lokalizacji zmian palpacyjnych niebadalnych w rozmiarze 20G x 11cm?
  54. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 1, 2, 3, 4** - Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji histopatologicznej, półautomatyczne o możliwości regulacji 12,5 lub 25mm; spełniające pozostałe wymagania w SIWZ ?
  55. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji histopatologicznej, półautomatyczne w rozmiarze 15G x 10cm lub 15G x 15cm; spełniające pozostałe wymagania w SIWZ ?
  56. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji histopatologicznej, półautomatyczne w rozmiarze 20G x 10cm lub 20G x 15cm; spełniające pozostałe wymagania w SIWZ ?
  57. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3** – Prosimy o dopuszczenie strzykawek 2ml o skali rozszerzonej do 2,5ml? Pozostałe parametry bez zmian.
  58. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1, 3** – Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów?  
Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowaniu przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
  59. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1, 3** – Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta celem łatwiejszej identyfikacji przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie jednostkowe jest już wyrzucone.
  60. **Dotyczy ogólnych warunków umowy** – Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmian ceny brutto w przypadku zmian stawki VAT. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy: „ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w związku ze zmianą stawki VAT przy czym cena netto pozostaje bez zmian”.
  61. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3-6** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawki były wyposażone w kontrastujący mleczny tłok, który zapewnia dobry odczyt wypełnienia strzykawki ?
  62. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8-9** – Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga zaoferowania strzykawki z podwójną skalą pomiarową, która pozwala na odczyt wypełnienia strzykawki w dowolnym położeniu?
  63. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1, 3** – Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przez dłuższy okres - oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych powinny posiadać logo producenta



na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia jego pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób?

64. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1, 3** – Czy Zamawiający będzie stosował zaoferowane przyrządy w leczeniu dzieci, kobiet ciężarnych oraz kobiet karmiących? Jeśli tak to czy, zgodnie z dyrektywą 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 roku, zaoferowane przyrządy mają być wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów? Czy na potwierdzenie tego wymogu Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia producenta o braku ftalanów oraz karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego dla zaoferowanych przyrządów?
65. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1** – Czy Zamawiający będzie wymagał przyrządu do pobierania płynów wyposażonego w zastawkę anty zwrotną, która zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi płynów w przypadku np. przewróconej butelki?
66. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1 i 2** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 1 i 2 sterylne, jednorazowe smoczki o kształcie pokazanym na zdjęciu poniżej? Oferowane smoczki mają płaską powierzchnię zwieńczenia, wyposażone są w pierścień o standardowym gwincie i wykonane są z materiału nie wywołującego alergii, tzn. niezawierającego lateksu ftalanów i bisfenolu. Dodatkowo smoczki posiadają trzy prędkości przepływu, pozwalając na zmianę szybkości karmienia w zależności od wieku dziecka lub gęstości pokarmu.



67. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** – Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści w pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie:
- silikonowy mieszek o pojemności minimum 400ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona;
  - worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu;
  - dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji;
  - dwa dreny typu Redon z trokami w rozmiarze 16Ch?
68. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 6** – Czy Zamawiający dopuści igły 1,1 x 40 o ostrzu długościętym?
69. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7** – Czy Zamawiający dopuści igły 1,2 x 40 o ostrzu długościętym?

70. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 - 8** – Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane igły iniekcyjne o długościętym szlifie posiadały odpowiednie oznakowanie na opakowaniu jednostkowym (LB/BL), w celu łatwiejszej identyfikacji?
71. **Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2** – Czy w pakiecie 30 poz.2 Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do żywienia dojelitowego w wersji do pompy perystaltycznej typu Flocare 800, czy też do pompy perystaltycznej Flocare INFINITY?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,05ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
73. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2 – 6** – Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 - częściowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
74. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1-2** – czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania o długości 150cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji z możliwością regulacji w zakresie 5-30mm 15Gx 43mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
76. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji 16G x 43mm lub 60mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
77. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem 0,2µm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
78. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 1-4** – Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji o długości 100mm lub 150mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
79. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 1-4** – Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji z możliwością regulacji w zakresie 10 lub 20mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
80. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** – Prosimy o wyjaśnienie czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma posiadać jednolitą materiałowo powierzchnię styku łącznika z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego oraz posiadać przepływ min. 525 ml/min zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5, nie wpływając na zmniejszenie deklarowanego przez producenta przepływu przez cewnik naczyniowy?
81. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być wyposażone w zawór kulowo-suwakowy eliminujący powstanie zatoru powietrznego?
82. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-4** – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły do wkłuć lędźwiowych mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnianiu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?
83. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być kompatybilne ze wszystkimi peanami, tj. posiadające potwierdzenie kompatybilności opierającej się na badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000?
85. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3 - 6** - Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za 100szt strzykawk.
86. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7 - 9** - Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu zachowania kompatybilności strzykawk.
87. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7 – 9** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawk? Informujemy, że każdy producent pompy

wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.

88. **Dotyczy Pakietu Nr 37 i Pakietu 38** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy igły do znieczulenia podpajęczynówkowego mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?
89. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1** – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 36 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie portu wykonanego z polisulfonu z komorą tytanową. Port spełnia pozostałe wymogi zapisu SIWZ.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 29 poz. 1** dopuszcza również możliwość zaoferowania worka ileostomijnego, przezroczystego, zamykanego na rzep, z płytką hydrokoloidową o rozmiarze otworu startowego 10mm z możliwością docięcia do 76mm, a także dopuszcza możliwość zaoferowania worka ileostomijnego, przezroczystego, zamykanego na rzep, z płytką hydrokoloidową o rozmiarze otworu startowego 12mm z możliwością docięcia do 75mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

**Ad. 2**

Zamawiający **Pakiecie Nr 29 poz. 2** dopuszcza również możliwość zaoferowania płytki hydrokoloidowej o rozmiarze otworu startowego 10mm z możliwością docięcia do 55mm, jak również dopuszcza możliwość zaoferowania płytki hydrokoloidowej o rozmiarze otworu startowego 10mm z możliwością docięcia do 65mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ

**Ad. 3**

Zamawiający dopuszcza również możliwość wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, pod warunkiem niezwłocznego wysłania faktury faxem lub w formie skanu na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy oraz dostarczenia oryginału faktury do Zamawiającego w ciągu 48 godzin.

**Ad.4**

Zamawiający określił wymagane ilości asortymentu w **Pakiecie nr 29** w formularzu cenowym do SIWZ. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie pełnych opakowań handlowych (worki stomijne pakowane po 30sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym) pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę wymaganej ilości asortymentu podanej przez Zamawiającego w formularzu cenowym.

**Ad.5**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 32 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł o długości 110mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

**Ad.6**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 32 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga igieł wykonanych z opatentowanego stopu metali.

**Ad.7**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 33 poz. 1 – 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie igieł o długości 110cm jak również 110mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia?



**Ad.8**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 33 poz. 1 – 4** wyraża zgodę na zaoferowanie igieł z możliwością regulacji w zakresie: 5mm-10mm-20mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów uwzględnionych w opisie przedmiotu zamienia.

**Ad.9**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 18 poz. 1** nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

**Ad.10**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 19 pozycji nr 5 i 7** z pakietu i utworzenie z nich odrębnego pakietu.

**Ad.11**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 37 pozycja 4 i 5** dopuszcza ale nie wymaga aby igły do znieczulenia podpajęczynówkowego (ostrze typu Quincke) posiadały prowadnicę.

**Ad.12**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie **pozycji nr 6 z Pakietu Nr 37** i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

**Ad. 13**

Zamawiający w **Pakiecie 21** dopuszcza także zaoferowanie sterylnej przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, posiadający ostry kołec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Loc osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim, przy zachowaniu wymaganych parametrów uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

**Ad. 14**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 14.08.2014r. zamieszczonej na stronie internetowej dnia 18.08.2014r.

**Ad. 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

**Ad.16**

Zamawiający w **Pakiecie nr 1 w pozycjach 1 – 6 oraz w Pakiecie 4 pozycje 1 – 5** dopuszcza ale nie wymaga czterech pasków radiocieniujących wtopionych w kaniulę (widocznych w promieniach RTG).

**Ad.17**

Zamawiający w **Pakiecie nr 1 w pozycjach 1 – 6 oraz w Pakiecie nr 4 pozycje 1 – 5** dopuszcza ale nie wymaga kaniuli z nazwą producenta lub nazwą materiału, z którego kaniula jest wykonana, umieszczoną bezpośrednio na kaniuli. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad.18**

Zamawiający w **Pakiecie nr 1 oraz Pakiecie Nr 4** dopuszcza ale nie wymaga kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad.19**

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 pozycja 1** dopuszcza ale nie wymaga zastawki bezigłowej posiadającej system zapobiegający cofaniu się krwi do kaniuli w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub aparatu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad. 20**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 34 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie: zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z:

- a) Cewnika dwuświatłowego o długości 20cm i średnicy 8F. Cewnik jest widoczny w promieniach Rtg składa się z trzech przezroczystych drenów z zaciskami, posiada kolorowe oznaczenie zakończeń i skrzydełka mocujące. Na cewniku są znaczniki głębokości (podziałka centymetrowa co 1 cm)
- b) Prowadnicy z elastyczną końcówką J o długości 60cm i średnicy 0,35 cali
- c) Strzykawki 6ml i igły
- d) Skalpela do nacięcia skóry
- e) Rozszerzadła
- f) Bezigłowych nasadek iniekcyjnych

**Ad. 21**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 34 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie: zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, trzyświatłowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z:

- a) Cewnika trzyświatłowego o długości 20cm i średnicy 7F. Cewnik jest widoczny w promieniach Rtg składa się z trzech przezroczystych drenów z zaciskami, posiada kolorowe oznaczenie zakończeń i skrzydełka mocujące. Na cewniku są znaczniki głębokości (podziałka centymetrowa co 1 cm)
- b) Prowadnicy z elastyczną końcówką J o długości 60cm i średnicy 0,35 cali
- c) Strzykawki 6ml i igły
- d) Skalpela do nacięcia skóry
- e) Rozszerzadła
- f) Bezigłowych nasadek iniekcyjnych

**Ad. 22**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 34 poz. 3** nie wyraża zgody na zaoferowanie: zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy do HEMODIALIZY przez żyłę podobojczykową, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z:

- a) Cewnika dwuświatłowego 12F o długości 20cm z miękkim końcem, wykonanego ze sztywnego poliuretanu (nie ulegający zaciśnięciu pod wpływem podciśnienia); cewnik widoczny w promieniach Rtg;
- b) Strzykawki i igły
- c) Metalowej prowadnicy z końcówką J (w osłonie)
- d) Rozszerzadła (dilatatora tkanek) dopasowanego do rozmiaru cewnika i prowadnicy.

**Ad. 23**

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuszcza także aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 24**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2** dopuszcza ale nie wymaga kaniuli o przepływie 17ml/min. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 25**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2** dopuszcza ale nie wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta w celu łatwiejszej identyfikacji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.



**Ad. 26**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3** dopuszcza także aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 27**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3** dopuszcza ale nie wymaga kaniul o przepływie 23ml/min. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 28**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 3** dopuszcza ale nie wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 29**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1-3** dopuszcza także aby zaoferowane kaniule posiadały plastikowe zabezpieczenie przed zakłuciem. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 30**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4** dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania:

- w poz. 1 kaniuli z przepływem 36ml/min;
- w poz. 2 kaniuli z przepływem 65ml/min;
- w poz. 3 kaniuli z przepływem 95ml/min;
- w poz. 4 kaniuli z przepływem 142ml/min;
- w poz. 5 kaniuli z przepływem 200ml/min

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 31**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4** dopuszcza ale nie wymaga, aby zaoferowane kaniule posiadały na samodomykającym się korku portu bocznego logo producenta. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 32**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4** dopuszcza ale nie wymaga żeby zaoferowane kaniule pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 33**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 w poz. 1 i 2** dopuszcza ale nie wymaga żeby zaoferowane wyroby pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 34**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 7** dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane igły pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 35**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 7** dopuszcza ale nie wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 36**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 7 poz. 6 i 7** dopuszcza ale nie wymaga igieł w rozmiarach 1,1 i 1,2 z ostrzem krótko i długościętym. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 37**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 8** dopuszcza ale nie wymaga, aby zaoferowane igły pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 38**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 9** nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

**Ad. 39**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 9** dopuszcza wycenę za 100= szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości.

**Ad. 40**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 3-6** dopuszcza również zaoferowanie strzykawek z mlecznym tłokiem. Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 3, 4, 5 nie stawia wymogu ponad te, które zostały określone w SIWZ.

**Ad. 41**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 10 poz. 1-7** dopuszcza ale nie wymaga, aby strzykawki pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 42**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego był wyposażony w zastawkę zapobiegającą przelewaniu się płynu z butelki po odłączeniu strzykawki. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 43**

Zamawiający dopuszcza wykazanie w Formularzu Ofertowym tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę.

**Ad. 44**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 pozycja 1, 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów do przetoczeń z drenem długości 150cm. Wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 45**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 21 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek był wyposażony w filtr bakteryjny 0,1µm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Ad. 46 –Ad.48**

Zamawiają nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

**Ad.49**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 14.08.2014r. zamieszczonej na stronie internetowej dnia 18.08.2014r.

**Ad.50**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 36** dopuszcza także złożenie oferty z portami wykonanymi w pełni z tytanu, z cewnikami silikonowymi o średnicy 1,6mm x 2,8mm, dostarczonymi z zestawem akcesoriów o następującym składzie:

- 2 łączniki typu klik – konektor
- 1 igła do przepłukiwania
- prosta igła Hubera (22G, 25mm)
- zakrzywiona igła Hubera z drenem (22G, 25mm)
- 1 igła do podnoszenia naczynia
- 1 Strzykawka 10ml
- Zestaw wprowadzający (koszulka rozrywalna z dilatorem, prowadnik 700mm z końcówką J, igła punkcyjna)
- Tunelizator tępo zakończony, w osobnym sterylnym opakowaniu
- Kart identyfikacyjna, instrukcja obsługi w języku polskim oraz dzienniczek dla pacjenta

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.



**Ad.51**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 15 poz. 2** wymaga igły w rozmiarze 16G x 45-50mm, a więc rozmiar wskazany w pytaniu: 16G x 50mm spełnia wymóg SIWZ. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad.52**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 32** nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

**Ad.53**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 32** nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do lokalizacji zmian palpacyjnych niebadalnych w rozmiarze 20Gx 11cm.

**Ad.54**

Zamawiający w zakresie **Pakietu nr 33 poz. 1, 2, 3, 4** nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do biopsji histopatologicznej, półautomatycznej o możliwości regulacji 12,5 lub 25mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad.55**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 33 poz. 1** podtrzymuje zapis SIWZ.

**Ad.56**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 33 poz. 2** podtrzymuje zapis SIWZ.

**Ad.57**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 10 poz. 3** wymaga strzykawki jałowej 2ml z podziałką lub ze skalą rozszerzoną do 3ml, a więc strzykawki wymienione w pytaniu tj. 2ml o skali rozszerzonej do 2,5ml spełniają wymóg SIWZ. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad.58**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 12 poz. 1 i 3** dopuszcza ale nie wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zamawiający nie wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego

**Ad.59**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 12 poz. 1, 3** dopuszcza ale nie wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad.60**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

**Ad.61**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 10 poz. 3 - 6** dopuszcza ale nie wymaga, aby strzykawki były wyposażone w kontrastujący mleczny tłok. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad.62**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 10 poz. 8 – 9** dopuszcza ale nie wymaga, aby strzykawki posiadały podwójną skalę pomiarową. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad.63**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 12 poz. 1, 3** dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych posiadały logo producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad.64**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 12 poz. 1, 3** nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

**Ad.65**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 21 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga, aby przyrząd do pobierania płynów wyposażony był w zastawkę antyzwrotną, która zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi płynów w przypadku np. przewróconej butelki.

**Ad.66**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 27** nie dopuszcza smoczka przedstawionego w pytaniu i podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Ad.67**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 28 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie w pełni zamkniętego systemu do autotransfuzji krwi o składzie:

- silikonowy mieszek o pojemności minimum 400ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona;
- worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu;
- dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji;
- dwa dreny typu Redon z trokami w rozmiarze 16Ch.

Wymagania zgodnie z SIWZ.

**Ad.68**

Zamawiający w zakresie **Pakietu nr 7 poz. 6** dopuszcza także igły 1,1 x 40 o ostrzu długościętym.

**Ad.69**

Zamawiający w zakresie **Pakietu nr 7 poz. 7** dopuszcza także igły 1,2 x 40 o ostrzu długościętym.

**Ad.70**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 7 poz. 1-8** dopuszcza ale nie wymaga, aby zaoferowane igły iniekcyjne o długościętym szlifie posiadały odpowiednie oznakowanie na opakowaniu jednostkowym (LB/BL), w celu łatwiejszej identyfikacji.

**Ad.71**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 30 poz. 2** wymaga zaoferowania przyrządu do żywienia dojelitowego w wersji do pompy perystaltycznej typu Flocare 800, zgodnie z opisem SIWZ:

„Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pompy perystaltycznej, do opakowań miękkich typu PACK, komora kroplowa, zacisk rolkowy, końcówka do podawania leków i płukania zgłębnika, żeńska końcówka do podłączenia ze zgłębnikiem, końcówka męska do podłączenia ze zgłębnikiem jednorazowego użytku (kończówka typu ENLock lub równoważna), sterylne”.

**Ad.72**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 10 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki ze skalą co 0,05ml.

**Ad.73**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 10 poz. 3-6** dopuszcza również zaoferowanie strzykawek 3 – częściowych. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian

**Ad.74**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 13 poz. 1-2** nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządów do przetaczania o długości 150cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad.75**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 15 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do biopsji z możliwością regulacji w zakresie 5-30mm 15G x 43mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad.76**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 15 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie igły do punkcji 16G x 43mm lub 60mm.

**Ad.77**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 21 poz. 1** dopuszcza także zaoferowanie przyrządu do pobierania płynów z butelek z filtrem 0,2µm. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

**Ad.78**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 33 poz. 1-4** podtrzymuje zapis SIWZ.

**Ad.79**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 33 poz. 1-4** podtrzymuje zapis SIWZ.

**Ad. 80**

Zamawiający w zakresie **Pakietu Nr 5 poz. 1** nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

**Ad. 81**

Zamawiający w zakresie pakietu 6 poz. 1 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ

**Ad. 82**

Zamawiający w zakresie **Pakietu 8 poz. 1 - 4** dopuszcza ale nie wymaga, aby igły do wkłuć lędźwiowych miały być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

**Ad. 83**

Zamawiający w zakresie **Pakietu 9 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby igła była sterylizowana radiacyjnie.

**Ad. 84**

Zamawiający w zakresie **Pakietu 9 poz. 1** dopuszcza ale nie wymaga aby igły do penów posiadały potwierdzenie kompatybilności opierające się na badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

**Ad. 85**

Zamawiający w zakresie **Pakietu 10 poz. 3 - 6** podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Ad. 86**

Zamawiający podaje wykaz rodzajów pomp infuzyjnych oraz producentów będących na wyposażeniu Szpitala:

| Lp. | Firma (producent) | Typ pompy |
|-----|-------------------|-----------|
| 1.  | Ascor             | AP14      |
| 2.  | Ascor             | AP22      |
| 3.  | Ascor             | SEP 11s   |

|     |               |                |
|-----|---------------|----------------|
| 4.  | Ascor         | SEP 21         |
| 5.  | Alaris        | Asena CC       |
| 6.  | Fresenius     | Pilot A2 PL    |
| 7.  | Ivak          | Ivak           |
| 8.  | Kwapisz       | Duet 20/50     |
| 9.  | Medima        | S1             |
| 10. | Terumo        | STC 521        |
| 11. | TycoHelthcare | Kangaroo Epump |

**Ad. 87**

Zamawiający wymaga, aby w zakresie **Pakietu 10 poz. 7 – 9** strzykawki były wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek.

**Ad. 88**

Zamawiający w zakresie **Pakietu 37 i 38** dopuszcza ale nie wymaga, aby igły podpajęczynówkowe miały być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

**Ad. 89**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 36 poz. 1** wyraża zgodę na zaoferowanie portu wykonanego z polisulfonu z komorą tytanową. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

