



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-65/14

Tarnów, 2014-08- 27

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, zestawów systemowych, wkłuc centralnych, portów naczyniowych, igieł specjalistycznych).**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 36** - Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dla rozmiaru 6,6 Fr portu naczyniowego z cewnikiem o długości 550mm a spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w **Pakiecie Nr 36** dopuszcza także zaoferowanie dla rozmiaru 6,6 Fr portu naczyniowego z cewnikiem o długości 550mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

