



Znak: AE/ZP-27-67/14

Tarnów, 2014-08-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych oraz rękawic dopuszczonych do kontaktu z żywnością dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy poz. 7 i 8.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w rozmiarach S, M, L.
2. **Dotyczy pkt IV.1.3.1 SIWZ.** Żądanie dodatkowych dokumentów już po terminie otwarcia ofert w celu oceny czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego nie ma odniesienia w PZP, narusza wprost art. 7 PZP, doprowadza do niemożności zastosowania art. 26 ust. 3 PZP oraz może doprowadzić do arbitralnych rozstrzygnięć Zamawiającego. Wnosimy o zmodyfikowanie tego zapisu tak, by dotyczył on realizacji umowy.
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4.** Prosimy o następującą zmianę zapisu w przypadku zmiany stawki podatku VAT : „W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość netto pozostanie niezmienna a zmiana ta jako obowiązująca z mocy prawa, nie będzie wymagała formy pisemnej w postaci aneksu i obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.”
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Prosimy o następującą zmianę: 9. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu.
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ.** Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową.
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.18 SIWZ.** Ze względu na okres trwania umowy (24 miesiące) i pewność obrotu gospodarczego prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów: Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku:
 - a. rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia,
 - b. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,
 - c. zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
 - d. waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał.
 - e. w przypadku przekraczającej zmiany o 3% średniego kursu NBP walut Euro lub USD w stosunku do średniego kursu NBP walut Euro lub USD
7. **Dotyczy poz. 6-7.** Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.
8. **Dotyczy poz. 1-3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zgodności z normą EN 374-3?
9. **Dotyczy poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych?
10. **Dotyczy. poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych bezpydrowych?
11. **Dotyczy. poz. 4-5.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą ASTM F1671?
12. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy za dni robocze w rozumieniu umowy, Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy
14. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego uchybienia?



15. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy wyrazi zgodę aby za nieterminową zapłatę były naliczone odsetki w wysokości ustawowej?
16. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie
17. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
18. **Dotyczy. poz. 2 - 3.** Czy Zamawiający dopuści rękawice zarejestrowane /oznakowane zarówno jako wyrób medyczny jak i środek ochrony indywidualnej.
19. **Dotyczy poz. 7-8.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5, zgodnym z normą EN455-1.
20. **Dotyczy. poz. 8.** Czy nie nastąpiła omyłka – Zamawiający wymaga wyrobu o parametrach tożsamy z wyrobem z pozycji 7? Czy Zamawiający dopuści standardowe rękawice sekcyjne typu Duzmor, przeznaczone do kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, przeznaczone specjalnie do procedur tego typu.
21. **Dotyczy. poz. 4-8.** Prosimy o wyodrębnienie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu dla rękawic specjalistycznych.
22. **Dotyczy. poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice w op. a' 200 szt., rozmiar XL a' 180 szt., z podaniem ceny za 200 szt.
23. **Dotyczy. poz. 2-4.** Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN-374-3, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
24. **Dotyczy. poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL =1,5, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
25. **Dotyczy. poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL =1,5, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
26. **Dotyczy. poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 29,5 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
27. **Dotyczy. poz. 1.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami EN 455-1, 2, 3 i EN 374?
28. **Dotyczy. poz. 2.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami EN 455-1, 2, 3 i EN 374?
29. **Dotyczy. poz. 3.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami EN 455-1, 2, 3 i EN 374?
30. **Dotyczy. poz. 4.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami EN 455-1, 2, 3 i ASTM F1671?
31. **Dotyczy. poz. 5.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami EN 455-1, 2, 3 i ASTM F1671?
32. **Dotyczy. poz. 6.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami EN 455-1, 2, 3 i ASTM F1671?
33. **Dotyczy. poz. 6.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami EN 455-1, 2, 3 i ASTM F1671?
34. **Dotyczy. poz. 9.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami EN 455-1, 2, 3 i EN 374?

35. **Dotyczy. poz. 1-9.** Prosimy o dopuszczenie rękawic posiadających nadrukowane bezpośrednio na opakowaniu informacje o nazwie rękawicy, nr serii, dacie ważności, rozmiarze, oznaczenie CE oraz nazwę i adres producenta
36. **Dotyczy. poz. 7.** Prosimy o wydzielenie pozycji 7 do odrębnego pakietu

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 7 i 8** rękawic w rozmiarach S, M, L, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymaganie zawarte w pkt IV.1.3 SIWZ. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wymaga oświadczenia, że Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, w którym Wykonawca zapewnia, że przedłoży te dokumenty Zamawiającemu na każde żądanie, w szczególności na etapie podpisania umowy. W konsekwencji Zamawiający na etapie składania ofert wymaga jedynie złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Ad. 3-6 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miał przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksy cywilnego.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie **poz. 6 i 7** do osobnego pakietu.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zgodności z normą EN 374-3 wyrobów oferowanych w **poz. 1 – 3**, przy czym zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 6 do SIWZ Zamawiający dopuszcza również spełnianie normy równoważnej z podaną.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** rękawic nitrylowych pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 3** rękawic winylowych bezpudrowych pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zgodności z normą ASTM F1671 wyrobów oferowanych w **poz. 4-5**, przy czym zgodnie z zapisami w Załączniku Nr 6 do SIWZ Zamawiający dopuszcza również spełnianie normy równoważnej z podaną.

Ad. 12 Zamawiający ani raz nie użył w ogólnych warunkach umowy terminu dni robocze.

Ad. 13 - 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miał przepisy Prawa zamówień publicznych oraz kodeksy cywilnego

Ad. 15 Zamawiający nie musi wyrażać zgody aby za nieterminową zapłatą były naliczone odsetki w wysokości ustawowej, ponieważ to Wykonawca w pkt IV.2 określa wysokość z tytułu nieterminowej zapłaty.

Ad. 16 Zamawiający w pkt XIV.18.h) SIWZ określił warunki zmiany umowy w okolicznościach o których mowa w pytaniu.

Ad. 17 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w ogólnych warunkach umowy dotyczące stawki VAT.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2 - 3** rękawic zarejestrowanych/ oznakowanych zarówno jako wyrób medyczny jak i środek ochrony osobistej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 7-8** rękawic o AQL 1,5 zgodnych z normą 455-1, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 20 Zamawiający nie popełnił omyłki i nie żąda identycznych wyrobów w **poz. 7 i 8**, to Wykonawca nie przeczytał uważnie SIWZ W pozycji 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zarówno rękawic sterylnych jak i niesterylnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic sekcyjnych typu Duzmor, pod warunkiem że spełniają wymagania określone w SIWZ.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie **poz. 4 - 8** do odrębnego pakietu.

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę w **poz. 1** rękawic w rozmiarze XL w opakowaniach po 180 szt. z podaniem ceny jak za 200 szt. Dopuszcza natomiast wycenę 4400 opakowań rękawic pakowanych po 200 szt. z równoczesnym podaniem ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego



200 szt. oraz ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 180 szt., przy czym cena jednostkowa opakowania zawierającego 180 szt. musi stanowić 180/200 ceny opakowania zawierającego 200 szt.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2-4 rękawic zgodnych z normą EN 374-3, pod warunkiem spełniania wymagań SIWZ w tym dotyczących norm.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 7** rękawic o poziomie AQL=1,5, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 8** rękawic o poziomie AQL=1,5, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 8** rękawic o długości min. 29,5 cm, zaoferowane rękawice zgodnie z wymaganiem w tym zakresie zawartym w SIWZ muszą mieć długość min. 45 cm.

Ad. 27 - 34 Zamawiający w SIWZ określił załączenia jakich dokumentów żąda i podtrzymuje te zapisy.

Ad. 35 Zamawiający nie musi dopuszczać opisanych rękawic ponieważ spełniają wymagania w opisanym w pytaniu zakresie – zgodnie z SIWZ „Na opakowaniu czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE”

Ad. 36 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 7 do odrębnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001