



AE/ZP-27-69/14

Tarnów, 2014-09-03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-69/14

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na **dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz testów kasetkowych, immunoenzymatycznych do wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrane zostały oferty następujących Firm:

**MEDLAB PRODUCTS Sp.z o.o., ul.Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie w:
Pakiecie Nr 2**

Cena wybranej oferty: **94.180,31** zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych 31/100), w tym cena netto: **86.846,00** zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 00/100)

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR-POL Mariusz Borkowski,
Pl.Jaśminu 2, 44-152 Gliwice, woj. śląskie:**

Pakiecie Nr 12

Cena wybranej oferty: **9.936,00** zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 00/100), w tym cena netto: **9.200,00** zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100)

Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane mogą być zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. dla Pakietu Nr 2 po dniu 08 września 2014 r., dla Pakietu Nr 12 po dniu 03 września 2014 r.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
I	PROFILAB S.C.Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska, ul.Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 2
II	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR-POL Mariusz Borkowski, Pl.Jaśminu 2, 44-152 Gliwice, woj. śląskie	Pakiet Nr 12
III	MEDLAB PRODUCTS Sp.z o.o., ul.Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 2
IV	MEDAN Andrzej Hędrzak, ul.A.Korczoka 32, 44-103 Gliwice, woj. śląskie	Pakiet Nr 2

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Pakiet Nr 2

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr III	500,00	500,00

Pakiet Nr 12

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr II	500,00	500,00

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-69/14

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na **dostawy sprzętu laboratoryjnego oraz testów kasetkowych, immunoenzymatycznych do wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 2** przez **PROFILAB S.C. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska**, ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, woj. mazowieckie (dalej Wykonawca).). Zgodnie z wymogiem określonym przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularzu Cenowym) zaoferowany w Pakiecie Nr 2 asortyment próbek w systemie otwartym oraz mikrometodzie winien posiadać kod barwny zgodny z ISO 6710. Wykonawca, zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi na wezwanie Zamawiającego w dniu 29.08.2014r., zaoferował w Pakiecie Nr 2 w pozycji 9 – 12 mikrometody oraz w pozycji 23, 27 i 28 próbówki, których korki posiadają kod barwny niezgodny z normą ISO 6710 tj.
 - w poz. 9 Wykonawca zaoferował mikrometodę z korkiem w kolorze czerwonym, natomiast wymagana w tej pozycji mikrometoda do pobierania krwi z palca na morfologię winna mieć korek w kolorze fioletowym,
 - w poz. 10 Wykonawca zaoferował mikrometodę z korkiem w kolorze żółtym, natomiast wymagana w tej pozycji mikrometoda do pobierania krwi z palca na glukozę winna mieć korek w kolorze szarym,
 - w poz. 11 Wykonawca zaoferował mikrometodę z korkiem w kolorze białym, natomiast wymagana w tej pozycji mikrometoda do pobierania krwi z palca na badania biochemiczne z przyspieszaczem do pozyskiwania surowicy winna mieć korek w kolorze czerwonym,
 - w poz. 12 Wykonawca zaoferował mikrometodę z korkiem w kolorze fioletowym, natomiast wymagana w tej pozycji mikrometoda do pobierania krwi z palca na OB winna mieć korek w kolorze czarnym,
 - w poz. 23 Wykonawca zaoferował próbówki z korkiem w kolorze brązowym, natomiast wymagane w tej pozycji próbówki plastikowe z korkiem, z nieprzeźroczystego polipropylenu/PMMA, z granulatem i przyspieszaczem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy winny mieć korek w kolorze czerwonym,



→ w poz. 27 Wykonawca zaoferował probówki z korkiem w kolorze ciemnoniebieskim, natomiast wymagane w tej pozycji probówki z heparyną litową winny mieć korek w kolorze zielonym,

→ w poz. 28 Wykonawca zaoferował probówki z korkiem w kolorze ciemnoniebieskim, natomiast wymagane w tej pozycji probówki z heparyną litową winny mieć korek w kolorze zielonym.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 2 została odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.

2. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 2** przez **MEDAN Andrzej Hędrzak**, ul. A. Korczoka 32, 44-103 Gliwice, woj. śląskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularzu Cenowym) zaoferowany w Pakiecie Nr 2 asortyment probówek w systemie otwartym oraz mikrometodzie winien posiadać kod barwny zgodny z ISO 6710. Wykonawca zaoferował w Pakiecie Nr 2 w pozycji 9 – 12 mikrometody oraz w pozycji 23, 27 i 28 probówki, których korki posiadają kod barwny niezgodny z normą ISO 6710 tj.

→ w poz. 9 Wykonawca zaoferował mikrometodę z korkiem w kolorze czerwonym, natomiast wymagana w tej pozycji mikrometoda do pobierania krwi z palca na morfologię winna mieć korek w kolorze fioletowym,

→ w poz. 10 Wykonawca zaoferował mikrometodę z korkiem w kolorze żółtym, natomiast wymagana w tej pozycji mikrometoda do pobierania krwi z palca na glukozę winna mieć korek w kolorze szarym,

→ w poz. 11 Wykonawca zaoferował mikrometodę z korkiem w kolorze białym, natomiast wymagana w tej pozycji mikrometoda do pobierania krwi z palca na badania biochemiczne z przyspieszaczem do pozyskiwania surowicy winna mieć korek w kolorze czerwonym,

→ w poz. 12 Wykonawca zaoferował mikrometodę z korkiem w kolorze różowym, natomiast wymagana w tej pozycji mikrometoda do pobierania krwi z palca na OB winna mieć korek w kolorze czarnym,

→ w poz. 23 Wykonawca zaoferował probówki z korkiem w kolorze niebieskim, natomiast wymagane w tej pozycji probówki plastikowe z korkiem, z nieprzeźroczystego polipropylenu/PMMA, z granulatem i przyspieszaczem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy winny mieć korek w kolorze czerwonym,

→ w poz. 27 Wykonawca zaoferował probówki z korkiem w kolorze granatowym, natomiast wymagane w tej pozycji probówki z heparyną litową winny mieć korek w kolorze zielonym,

→ w poz. 28 Wykonawca zaoferował probówki z korkiem w kolorze granatowym, natomiast wymagane w tej pozycji probówki z heparyną litową winny mieć korek w kolorze zielonym.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 2 została odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001