

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakietach Nr 12**UWAGA!** Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 12		
1.	Szybki test kasetkowy, immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygeny dehydrogenazy glutaminowej oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału	
2.	Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią	
3.	Koniugat - przeciwciała przeciwko toksynom A/B oraz GDH	
4.	Wykrywalność toksyny A - min. 0,7ng/ml, wykrywalność toksyny B - min. 0,2 ng/ml, wykrywalność GDH - min. 0,8 ng/ml	
5.	Test z możliwością przechowywania próbki, bez konieczności zamrażania, do 72 h	
6.	Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy	
7.	Konfekcjonowanie - do 25 testów w opakowaniu	
8.	Do oferty załączyć materiały informacyjne (dopuszcza się w tym zakresie instrukcję/metodykę wykonania testu) potwierdzające spełnianie wymagań określonych w SIWZ i Załącznikach do niej	
9.	Wraz z każdą dostawą instrukcja użycia (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia	
10.	Dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty