

Dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
1.	Glukometry do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej	
2.	Czas pomiaru ≤ 20 sekund	
3.	Pojemność pamięci minimum 350 wyników	
4.	Minimalny zakres pomiarowy 1,1 - 27,8 mmol/l = 20 - 500 mg/dl	
5.	Wymagana objętości krwi - nie większa niż 2,0 μ l	
6.	Możliwość przeprowadzenia oznaczenia z próbki: krwi włosniczkowej, żyłnej, tętniczej oraz krwi pobranej od noworodka	
7.	Zasilanie - bateria zabezpieczająca pracę glukometru dla około 1000 pomiarów; podać rodzaj baterii	
8.	Zasada pomiaru: enzymatyczna z oksydazą glukozową lub enzymatyczna z zastosowaniem dehydrogenazy glukozy lub opartą na GDH-NAD Pseudomonas sp ; pomiar fotometryczny lub biosensoryczny lub metodą elektrochemiczną	
9.	Kalibracja - za pomocą klucza kodującego specyficznego do serii pasków, stosowana dla osocza lub bez klucz kodującego (opisać sposób kalibracji)	
10.	Powtarzalność w serii oznaczeń - średni błąd $\leq 3.6\%$	
11.	Odtwarzalność dzień po dniu - średni błąd $\leq 3.6\%$	
12.	Warunki przechowywania co najmniej w przedziale temperatura od 4 ⁰ C do 30 ⁰ C	
13.	Materiał kontrolny na dwóch poziomach (niski i wysoki)	
14.	Automatyczne lub bezdotykowe usuwanie pasków pomiarowych	
15.	Informacja o niedostatecznej ilości krwi na pasku oraz usuwanie nadmiaru krwi	
17.	Spełnianie wymogów normy EN ISO 15197 - wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę	
18.	Stabilność testów paskowych - nie mniej niż 18 miesięcy od daty produkcji	
19.	Gwarantowany okres ważności testów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wymagane parametry	Wpisać oferowane parametry
20.	Zarówno glukometry jak i testy dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U Nr 107, poz.679 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
23.	Dostawa glukometrów - wraz z pierwszą zamówioną dostawą testów paskowych	
21.	Instrukcja prowadzenia badań w języku polskim, która będzie dostarczona wraz z glukometrami	
22.	Do oferty załączone materiały informacyjne producenta dotyczące oferowanych glukometrów	
23.	Gwarancja sprawności aparatów przez okres obowiązywania umowy, w tym wliczone w dzierżawę materiały kontrolne zabezpieczające kontrolę wszystkich glukometrów na dwóch poziomach 2 razy w tygodniu	
24.	Wliczony w dzierżawę serwis: w przypadku awarii czas wymiany na sprawny aparat - do 3 dni roboczych. Wysłanie aparatu do naprawy jak i przysłanie sprawnego na koszt Wykonawcy	

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty