



.....

Znak: AE/ZP-27-71/14

Tarnów, 2014-08- 26

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT oraz akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający w ramach Pakietu Nr 1 postępowania przetargowego będzie wymagać od wykonawców zaoferowania materiałów eksploatacyjnych autoryzowanych przez producenta urządzenia lub/i jego organizację serwisową, które to materiały, jako w pełni kompatybilne z eksploatowanym wstrzykiwaczem kontrastu (w sposób potwierdzony przez jeden z w/w podmiotów), nie spowodują usterek w działaniu tego aparatu, ani nie będą powodem wyłączenia udzielonych przez jego producenta/serwis praw gwarancji /rękojmi?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający w ramach poz. 1 dla Pakietu Nr 1 będzie wymagał złożenia oferty na autoryzowane przez producenta urządzenia lub/i jego serwis zestawy jednorazowego użytku, każdy zestaw składający się z: 1 x wkład o pojemności 200 ml, 1 z złącze niskociśnieniowe o dł. 150 cm o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, 1 x złącze szybkiego napełniania (łącznik rurkowy w kształcie litery „J”), zestaw wolny od ftalanów? (parametr potwierdzony przez wytwórcę produktu)
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający w ramach poz. 3 dla Pakietu Nr 1 będzie wymagał złożenia oferty na autoryzowane przez producenta urządzenia lub/i jego serwis jednorazowe sterylne złącza niskociśnieniowe do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Vistron CT o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, złącza wolne od ftalanów (parametr potwierdzony przez Wytwórcę produktu)?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 z Pakietu Nr 1, tj.: „Złącze do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, sterylne, wysokociśnieniowe, o długości minimum 150 cm” do osobnego pakietu.
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.2 SIWZ.** Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: „2. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane wyroby warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z póź. zm., terminów ważności nie krótszych niż 12 miesięcy od daty dostawy oraz parametrów określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 oraz zaoferowanych przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie **w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisma. Zamawiający dopuszcza przesłanie w/w dokumentów mailem na adres e-mail:.....**”
6. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: „4. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych droga decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna ~~brutto~~ **netto** nie ulegnie zmianie.”



7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.8 SIWZ.** Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: „8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) ~~0,5%~~ **0,2%** wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. b) ~~0,5%~~ **0,2%** wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycja Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.” oraz o dodanie ustępów o następującej treści: „- **Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, - Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego, - Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.**”
8. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: „9. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości ~~20%~~ **10%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”
9. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ.** Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: „11. Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych, **pod warunkiem wysłania przez Zamawiającego dwukrotnego, pisemnego, w odstępie co 7 dni wezwania do realizacji umowy.**”
10. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.14 SIWZ.** Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: „14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala. **Zamawiający ma prawo ograniczenia i zwiększenia ilości przedmiotu umowy, co może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie wartości umowy, jednak nie więcej niż o 20% wartości brutto przedmiotu umowy w danej pozycji.**”
11. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.15 SIWZ.** Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: „15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie: – wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ~~– zmiany wielkości zapotrzebowania Zamawiającego na przedmiot zamówienia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia~~ – **prosimy o wykreślenie tego podpunktu; Zamawiający może zwiększyć bądź zmniejszyć ilości zamawianego asortymentu o 20% wartości brutto przedmiotu umowy w danej pozycji.** W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.”

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 wymaga zaoferowania materiałów eksploatacyjnych (wkładów oraz złączy do wstrzykiwacza kontrastu) spełniających wymagania określone w SWIZ i załącznikach do niej. Winny to być materiały w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Medard Vistron CT.

Ad.2 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.1 wymaga zaoferowania jednorazowych wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu spełniających wymagania określone w SWIZ i załącznikach do niej. Winny to być wkłady w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Medard Vistron CT.

Ad.3 Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.3 wymaga zaoferowania złączy do wstrzykiwacza kontrastu spełniających wymagania określone w SWIZ i załącznikach do niej. Winny to być złącza w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Medard Vistron CT.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 1 poz. 2 do osobnego pakietu.

Ad. 5 – 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

