



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-73/14

Tarnów, 2014-09- 02

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy jedno- i wielorazowego sprzętu medycznego.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego hydrofobowego o skuteczności filtracji bakterii min. 99,9999%, skuteczności filtracji wirusów 99,999%, objętości wewnętrznej 42 ml, wadze 24g, oporze przepływu 2,7cm H₂O przy 60l/min, zakresie objętości oddechowej 150-1200ml (sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie blister pack).
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** - Składamy zapytanie o możliwość wyłączenia z pakietu nr 6 pozycji nr 2: Jednorazowe golarki grzebykowe do przygotowania pola operacyjnego, będące wyrobem medycznym, z jednym szerokim (40mm) ostrzem ze stali nierdzewnej, z grzebieniem zapobiegającym zapychaniu ostrza (szerokość min. 39mm, długość ząbków min. 3mm), z szerokim uchwytem z wycięciem umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru – 1250szt.
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt. 4 ogólnych warunków umowy na następujący "[...] w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych lub stawek podatku VAT będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej lub stawki podatku VAT ich cena umowna brutto ulegnie podwyższeniu"?
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.10 SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 10 ogólnych warunków umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzanie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.17 SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do pkt 17 ogólnych warunków umowy następującego zdania: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania ran Redon zwijany?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarach CH 16, 18, 20?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Nelaton w rozmiarach CH 4, 6, 8?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści golarki grzebykowe z ostrzem o szerokości 37 mm i z grzebieniem o szerokości 36mm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści okularki do fitoterapii, obwód głowy 31-37,5 cm i 29-35,5 cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonami o pojemnościach CH 6-3ml, CH 8-10-3-5ml?

12. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonami o pojemnościach CH 12-24 -5-10ml CH 26-30ml?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4** – Czy Zamawiający dopuści zatyczki w rozmiarze uniwersalnym?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści filtr do żywienia pozajelitowego z linią 10 cm przed i 10 cm za filtrem, powierzchnia filtrowania 2,3cm²?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** również filtrów mechanicznych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ..

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 pozycji nr 2** i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Ad. 3 -5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Ad. 6

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie kateterów - cewników typu Redon zwijanych.

Ad. 7

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** dopuszcza również zaoferowanie sond-zgłębników Sengstakena w rozmiarach: 16, 18 20, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad .8

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 5** dopuszcza również zaoferowanie cewników typu Nelaton w rozmiarach 4, 6, 8 CH, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 9

Zamawiający w **Pakiecie Nr 6 pozycja 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie jednorazowych golarek z ostrzem 37 mm i grzebieniem 36 mm; oferowane golarki winny posiadać parametry określone w SIWZ.

Ad. 10

Zamawiający w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** nie wyraża zgody na zaoferowanie okularów do fototerapii dla noworodków o obwodzie głowy 31-37,5 cm i 29-35,5cm

Ad. 11

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** dopuszcza również zaoferowanie cewników Foleya z balonami o pojemnościach **CH 6** - 3ml, **CH 8-10** - 3-5ml, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 2** dopuszcza również zaoferowanie cewników Foleya z balonami o pojemnościach **CH 12-24** - 5-10ml, **CH 26** -30ml, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 13

Zamawiający w **Pakiecie Nr 13 poz. 4** dopuszcza również zaoferowanie zatyczek w rozmiarze uniwersalnym, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 14

Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** nie dopuszcza zaoferowania filtrów do żywienia pozajelitowego z linią 10 cm przed i 10 cm za filtrem, powierzchnia filtrowania 2,3cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001